

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

Шейвер травматологический

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Шейвер ротационный	шт.	1
2	Шейверная рукоятка	шт.	2
3	Шейверная насадка агрессивная	шт.	12
4	Шейверная насадка менисковая	шт.	12
5	Шейверная насадка шлифующая	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
Шейвер ротационный			
1	Выход для шейверной рукоятки	наличие	
2	Максимальное количество оборотов, не менее	6 000 об/мин	
3	Наличие ножной педали для использования с артрошейвером	наличие	
4	Наличие различных режимов вращения.	вперед, реверс, осцилляция	
5	Наличие обрабатываемой лицевой поверхности блока с кнопочным или сенсорным управлением	наличие	
Шейверная рукоятка			
6	Соединительный кабель не менее 3 метров	наличие	
7	Наличие быстродействующего разъема	наличие	
8	Наличие универсального замка для установки фрез	наличие	
9	Наличие управления с педали моторной системы режимами шейверной рукоятки	наличие	
10	Положение фиксации лезвия	0°, 180°	
Шейверная насадка агрессивная			
11	Многоразовое, стерилизуемое	наличие	
12	Диаметр рабочей части, мм	4-4,5	
13	Длина рабочей части, см	12-13,5	
14	Тип лезвия: с зубчатым лезвием и зубчатым краем окна для него	агрессивная	

Шейверная насадка менисковая			
15	Многоразовое, стерилизуемое	наличие	
16	Диаметр рабочей части, мм	4-4,5	
17	Длина рабочей части, см	12-13,5	
18	Тип лезвия: с режущим лезвием и зубчатым краем окна для него	наличие	
Шейверная насадка шлифующая			
19	Многоразовое, стерилизуемое	наличие	
20	Диаметр рабочей части, мм	4-4,5	
21	Длина рабочей части, см	12-13,5	
22	Тип лезвия: с мягким краем лезвия и окна для него	наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционных документов.