

Лот № 1.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Наименование и размер		Ед. изм.	Количество
1.1.	Эндокардиальные баллонные электроды для проведения временной кардиостимуляции: - Наличие пункционной иглы; - Шприц для раздувания баллона; - ЭКГ адаптер; - Наличие раздуваемого баллона на дистальном конце электрода;	шт.	15

2. Технические требования:

- 2.1. Наличие биполярной стимуляции;
- 2.2. Длина электрода 110см и диаметр электрода 5Fr;
- 2.3. Обеспечение гибкости и стабильности;

3. Требования качества и срока годности товара, условия поставки товара:

- 3.1. Срок годности с момента поставки – не менее 60% от срока годности, установленного производителем, в противном случае Покупатель оставляет за собой право отказаться от указанной партии товара либо потребовать уменьшения цены товара;
- 3.2. Товар должен быть новым (товар, который не был в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительский свойства);
- 3.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;