

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

25.05.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ «Брестская центральная поликлиника»

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеопроцессора PENTAX EPK-i7010 sn E720188

Обследованием установлено:
Нет изображения.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Электронная плата управления	1

Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с дат

В процессе проведения ремонта возможно возникновение нео
дополнительных запасных частей.

Представители

УЗ «Брестская центральная поликлиника»

