

**Технические характеристики
Офтальмологического ультразвукового А/В сканера в комплекте с
набором датчиков**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	А/В-сканер	шт.	1
1.2	Датчик биометрический	шт.	2
1.3	В-датчик	шт.	1
1.4	Пахиметрический датчик	шт.	1
1.5	Датчик для ультразвуковой биомикроскопии	шт.	1
1.6	Держатель датчика	шт.	1
1.7	Педаль	шт.	1
1.8	Чехол защитный	шт.	1
1.9	Иммерсионная камера	шт.	1
1.10	Стол для размещения прибора	шт.	1
1.11	Принтер	шт.	1

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
2.1	Частота В-датчика не менее 10 МГц
2.2	Частота биометрического датчика не менее 10 МГц
2.3	Частота для УБМ не менее 20 МГц
2.4	Запись видео
2.5	Возможность хранения данных
2.6	Режим работы датчика иммерсионный/контактный
2.7	Печать результатов на принтер
2.8	Возможность подключения к сети клиники

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора