

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок наркозно-дыхательных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска наркозно-дыхательная	0	штука	1 000
1.2	Маска наркозно-дыхательная	1	штука	1 500
1.4	Маска наркозно-дыхательная	3	штука	25 172
1.5	Маска наркозно-дыхательная	4	штука	60 000
1.6	Маска наркозно-дыхательная	5	штука	50 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Маска должна быть прозрачной;
- 2.2. Наличие раздувной манжеты;
- 2.3. Наличие клапана для раздувания манжеты;
- 2.4. Для типоразмеров 0 и 1: наличие унифицированного коннектора (22 или 15 мм) для возможности соединения с различными дыхательными контурами;
- 2.5. Для типоразмеров 3-5: наличие унифицированного коннектора (22 мм) для возможности соединения с различными дыхательными контурами;
- 2.6. Наличие фиксирующего кольца;
- 2.7. Изделие однократного применения;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок кислородных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска кислородная неонатальная	штука	1 860
1.2	Маска кислородная педиатрическая	штука	2857
1.3	Маска кислородная взрослая	штука	26 567

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Маска должна быть прозрачной;
- 2.2 Отсутствие латекса;
- 2.3 Наличие коннектора 22мм;
- 2.4 Наличие регулируемого фиксирующего ремешка, для закрепления маски на лице пациента;
- 2.5 Стерильно, изделие однократного применения, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам