

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для предстерилизационной очистки эндоскопов машинным и ручным способом «Энзим-Кватро» или аналог (1 литр)	шт.	1761
2	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Энзим-Кватро» или аналог	шт.	824

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Основной состав: мультиэнзимный функциональный комплекс (протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза). pH 6,5.

2.2 Предназначено для ПСО изделий медицинского назначения ручным и механизированным способами, включая ультразвуковые установки, моюще-дезинфицирующие машины. Предварительной (механической) очистки эндоскопов ручным способом, окончательной (предстерилизационной) очистки эндоскопов ручным и механизированным способами, включая ультразвуковые установки, моюще-дезинфицирующие машины, репроцессоры.

2.3 Объем – 1 литр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее «Химдез-ОФА» или аналог (5 литров)	шт.	409
2	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Химдез-ОФА» или аналог	шт.	1418

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Форма выпуска готовый к применению раствор.
 2.2 Основной состав: ортофталевый альдегид $0,7 \pm 0,15\%$. pH 6,5.
 2.3 Предназначено для дезинфекции, ДВУ и стерилизации ИМН (в том числе эндоскопов) ручным и механизированным способом (специализированными моечными машинами).
 2.4 Обладает бактерицидной (в т.ч. туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.
 2.5 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее для ДВУ эндоскопов «Химдез-ЭНДО-2%» или аналог (5 литров)	шт.	1246
2	Тест-контроль концентрации рабочего раствора «Химдез-ЭНДО-2%» или аналог	шт.	1604

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Форма выпуска готовый к применению раствор.
 2.2 Основной состав: глутаровый альдегид $2,25 \pm 0,25\%$. pH 6,5.
 2.3 Предназначено для дезинфекции, ДВУ и стерилизации ИМН (в том числе эндоскопов) ручным и механизированным способом (специализированными моечными машинами).
 2.4 Обладает бактерицидной (в т.ч. туберкулоцидной), вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.
 2.5 Объем – 5 литров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
 по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
 главного управления по здравоохранению
 Брестского областного исполнительного комитета
 М.В.Шилович