

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Кассета стерилизационная к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	штука	1044

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Индикаторы биологические к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	штука	5143

2. Показатели (характеристики):

2.1. Используется для проведения бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора путём оценки воздействия перекиси водорода на живых споры бактерий.

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Индикатор химический контроля к плазменному стерилизатору SHINVA-PS- 100XP	штука	170 700

2. Показатели (характеристики):

2.1 Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе-универсальные (контроль условий стерилизации снаружи и внутри упаковок во всех режимах плазменной стерилизации)

2.2 Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации.

2.3 Индикатор имеет нанесенный контрольный цвет для подтверждения успешности процесса стерилизации- изменение и достижение контрольного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени.

2.4 Обеспечение гарантии качества стерилизации.

2.5 Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Кассета стерилизационная к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	штука	116

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Индикаторы биологические к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	штука	600

2. Показатели (характеристики):

2.1. Используется для проведения бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора путём оценки воздействия перекиси водорода на живых споры бактерий.

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) Кассет стерилизационных к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Индикатор химический контроля к плазменному стерилизатору SHINVA-PS- 100XP	штука	20 000

2. Показатели (характеристики):

2.1 Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе-универсальные (контроль условий стерилизации снаружи и внутри упаковок во всех режимах плазменной стерилизации)

2.2 Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации.

2.3 Индикатор имеет нанесенный контрольный цвет для подтверждения успешности процесса стерилизации- изменение и достижение контрольного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени.

2.4 Обеспечение гарантии качества стерилизации.

2.5 Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.