

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «01» 06 2017 г.

ГУ РКМЧ УД ПРБ, ОПС

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Холтер ЖР/АД

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка Кардиотехника-ОГАД-3 зав.№ 927
инв. 01376640

год выпуска 2017 завод-изготовитель ИИКАРТ

имеет следующие дефекты: ①, ② не работает

сенсорный экран, неисправен ЖКД дисплей

Заключение: ①, ② требуется замена

ЖКД дисплей - 2шт

Представитель

«БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)

Представитель учреждения-владельца

Минская область по
санитарно-эпидемиологической службе (станция) ОУ.
(должность, подпись, ФИО)
Минский 119