

лот 1

1. Состав (комплектация) оборудования (на 1 единицу):

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Камера дезинфекционная	1

2. Технические требования:

- 2.1 Камера предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам;
- 2.2 Блок управления камерой дезинфекционной;
- 2.3 Точность поддержания заданной температуры в камере не более +/- 2 градуса;
- 2.4 Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание её на необходимом уровне в течении всего цикла дезинфекции;
- 2.5 * Корпус – разборный;
- 2.6 * Материал изготовления камеры дезинфекционной – нержавеющая сталь;
- 2.7 Материал внешних панелей, обшивки изготовлен из коррозионностойких марок стали;
- 2.8 Рабочий объём – не менее 1800 л.;
- 2.9 Входное напряжение для инсталляции и работы оборудования – 380В;
- 2.10 Потребляемая мощность – не более 12 кВт.

Примечание: требование технического задания, отмеченные символом * (астерикс), являются принципиально важными и несоответствие по ним приведёт к отклонению конкурсного предложения.

- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
 - 3.1 Согласно аукционным документам.