

ПРОТОКОЛ № 1
от 28.08.2026 г.
11-47

заседания комиссии для рассмотрения первых разделов аукционных предложений, представленных к участию в электронном аукционе *AU20260701382362 / 4625783 БарМТ №441/26 Стерилизаторы паровые, воздушные. Сушильные шкафы*. Комиссия создана на основании приказа №01-01-09/134 от 01.07.2026.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Буденкова Д.В. Директор УП «Медтехника» г. Барановичи

Заместитель

председателя комиссии:

Ковалев С.В. Заместитель директора УП «Медтехника» г. Барановичи

Члены комиссии:

Харитонов О.В. Начальник отдела маркетинга и организации закупок УП «Медтехника» г. Барановичи

Королько Т.В. Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Лойко Е.А. Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Михайловская Т.Б. Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Кучура Т.Ю. Ведущий специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Сеглюк Е.Г. Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Волкова-Филиппова Н.Ю. Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Демидюк Ю.И. Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Лицкевич Т.А. Начальник экономического отдела УП «Медтехника» г. Барановичи

Волынец В.С. Ведущий юрисконсульт УП «Медтехника» г.

Котик С.В.

Барановичи

Начальник отдела оптовой торговли УП
«Медтехника» г. Барановичи

Присутствовали:

Председательствовал(а): Буденкова Д.В.

члены комиссии:

Харитонов О.В.

Волынец В.С.

Королько Т.В.

Лойко Е.А.

Михайловская Т.Б.

Сеглюк Е.Г.

Волкова-Филиппова Н.Ю.

Демидюк Ю.И.

Повестка дня:

1. О рассмотрении аукционных предложений, поступивших на электронный аукцион предложений, представленных к участию в электронном аукционе **AU20260701382362 / 4625783 БарМТ №441/26 Стерилизаторы паровые, воздушные. Сушильные шкафы**, объявленный 01.07.2026г. по закупке:

Лот 1 - Стерилизатор ГП-40 или аналог

Лот 2 - Стерилизатор паровой ГК-100 или аналог

Лот 4 - Стерилизатор воздушный ВК-75-01 или аналог

СЛУШАЛИ:

1. О поступлении предложений от участников к сроку, установленному как окончательный, согласно аукционным документам:

Лот 1 - № O20260730425428, № O20260730429501

Лот 2 - № O20260722428240, № O20260730425428, № O20260731429627, № O20260731429667

Лот 4 - № O20260729429179, № O20260729429321, № O20260730425428, № O20260731429667

2. Участники, заявившее о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках его аукционного предложения согласно Перечню товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206), является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация: -.

3. В период рассмотрения предложений направлены следующие запросы участникам и размещены на них ответы:

Запрос	Дата размещения запроса	Разъяснения	Дата размещения ответа
--------	-------------------------	-------------	------------------------

№ O20260729429179			
Добрый день. В случае наличия неточностей просим уточнить следующее: - срок поставки, указываемый в спецификации по форме приложения 2; - перечень и наименования изделий, входящих в лист технической комплектации.	24.08.2026 15:09	Уточняем: 1. просим считать в приложении 2 срок поставки 60 календарных дней согласно аукционных документов 2. просим считать в листе тех. комплектации правильным количество наконечников 2,5-4 -- 1 шт согласно комплектации указанной в инструкции по эксплуатации стерилизатора.	25.08.2026 09:43
Добрый день. Повторно просим уточнить перечень и наименования изделий, входящих в лист технической комплектации.	25.08.2026 10:44	уточняем: Просим считать правильным количество: Наконечник 2,5-4 - 4 шт, наконечник 2,5-6 - 1 шт, согласно инструкции.	25.08.2026 12:28
№ O20260731429667			
Добрый день. Просим по лоту 4 уточнить страницу и пункт паспорта и инструкции по эксплуатации, в которых указано, что предлагаемый стерилизатор паровой модели IMT-S-MIDI-75 соответствует требованию заявки на закупку «2.11. Вертикальная загрузка».	26.08.2026 09:41	Соответствие предлагаемого стерилизатора паровой модели IMT-S-MIDI-75 требованию заявки на закупку по лоту 4 «2.11. Вертикальная загрузка» подтверждается информацией в Разделе 12 «Техническая ведомость изделия» на с.29 документа «Стерилизаторы медицинские паровые IMT-S. Паспорт и Руководство по эксплуатации»: «Расположение загрузочного проема – Горизонтальный». Предлагаемый лоту 4 стерилизатор паровой модели IMT-S-MIDI-75 соответствует рис. 2 «Общий вид вертикальных стерилизаторов» на с. 11 документа «Стерилизаторы медицинские паровые IMT-S. Паспорт и Руководство по эксплуатации». Используемая в Разделе 12 «Техническая ведомость изделия» документа «Стерилизаторы медицинские паровые IMT-S. Паспорт и Руководство по эксплуатации» терминология соответствует действующему стандарту ГОСТ 17726-81 «Стерилизаторы медицинские паровые, воздушные и газовые. Термины и определения», раздел «Основные понятия», п. 2, согласно которому: «Вертикальный стерилизатор – Стерилизатор, в котором загрузочный проем расположен в горизонтальной плоскости».	26.08.2026 12:51

РЕШИЛИ:

1.1.Отметить, что оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (вх.№ 10744 от 18.08.2026г.):

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам бальной	Предложение соответствует (не соответствует) на 100 % в части состава, объема (количества) или
---	---	--

площадкой	экспертной оценки	комплектации оборудования и (или) изделий
Лот №1		
№ O20260730425428	100 %	Соответствует
№ O20260730429501	100 %	Соответствует
Лот №2		
№ O20260722428240	86,70 %	Соответствует
№ O20260730425428	93,30 %	Соответствует
№ O20260731429627	86,70 %	Соответствует
№ O20260731429667	86,70 %	Соответствует
Лот №4		
№ O20260729429179	90,90 %	Соответствует
№ O20260729429321	90,90 %	Соответствует
№ O20260730425428	90,90 %	Соответствует
№ O20260731429667	90,90 %	Соответствует

1.2. Установить, что:

№ п/п	Аукционное предложение (указать регистрационный номер участника)	
	Соответствуют аукционным документам	Не соответствуют аукционным документам, указать причину
Лот №1		
1	№ O20260730425428	
2	№ O20260730429501	
Лот №2		
1	№ O20260722428240	
2	№ O20260730425428	
3	№ O20260731429627	
4	№ O20260731429667	
Лот №4		
1	№ O20260729429179	
2	№ O20260729429321	
3	№ O20260730425428	
4	№ O20260731429667	

1.3. Допустить к торгам участников:

Лот 1 - № O20260730425428, № O20260730429501

Лот 2 - № O20260722428240, № O20260730425428, № O20260731429627, № O20260731429667

Лот 4 - № O20260729429179, № O20260729429321, № O20260730425428, № O20260731429667

1.4. Начальная цена электронного аукциона:

Лот 1 – 11 504,55 BYN

Лот 2 – 653 577,47 BYN

Лот 4 – 71 548,19 BYN




1.5. Дата и время проведения торгов: 03.09.2026 года в 10:00 часов.

Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона

посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.

Голосовали:

«За» 9 чел. «Против» __ - __ чел. «Воздержались» - __ чел.

Председатель комиссии:		Д.В. Буденкова
Секретарь комиссии:		Т.Б. Михайловская
Член комиссии:		О.В. Харитонов
		В.С. Вольнец
		Т.В. Королько
		Е.А. Лойко
		Е.Г. Сеглюк
		Н.Ю. Волкова-Филиппова
		Ю.И. Демидук