

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения
здравоохранения «4-я городская
клиническая больница имени Н.Е.
Савченко»

В.В. Сиренко
«_____» _____ 2026 г.

Техническое задание

на закупку холодильного оборудования для учреждения здравоохранения «4-я городская
клиническая больница имени Н.Е. Савченко».

ЛОТ №1

1. Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Шкаф холодильный фармацевтический (медицинский)	1 комплект

2. Требования, предъявляемые к закупаемому оборудованию:

- 2.1. Назначение: медицинский (для хранения термолабильных лекарственных средств);
- 2.2. Тип: витрина;
- 2.3. Конструкция: однокамерный;
- 2.4. Количество дверей: 1;
- 2.5. Уровень шума: не более 69 дБ;
- 2.6. Встроенный термометр: да;
- 2.7. Регулировка температуры: да;
- 2.8. Количество полок: не менее 5;
- 2.9. Материал полки: металл;
- 2.10. Полезный объем: не менее 0,4м³;
- 2.11. Температура в камере: от 0 до +15С°;
- 2.12. Габариты: не более 2010*705*575;
- 2.13. Оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте);
- 2.14. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам и иным требованиям в соответствии с законодательством Республики Беларусь, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами и иными документами;
- 2.15. Оборудование должно быть безопасно к применению в медицинских учреждениях и иметь свободный доступ к механизмам для обслуживания;
- 2.16. Оборудование должно быть укомплектовано паспортом и руководством по эксплуатации на русском или белорусском языке;
- 2.17. Гарантийные срок оборудования: не менее 48 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

ЛОТ №2

1. Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Шкаф холодильный фармацевтический (медицинский)	1 комплект

2. Требования, предъявляемые к закупаемому оборудованию:

2.1. Назначение: медицинский (для хранения лекарственных средств);

2.2. Тип: витрина;

2.3. Конструкция: однокамерный;

2.4. Количество дверей: 1;

2.5. Уровень шума: не более 69 дБ;

2.6. Встроенный термометр: да;

2.7. Регулировка температуры: да;

2.8. Количество полок: не менее 5;

2.9. Материал полок: металл;

2.10. Полезный объем: не менее 0,4м³;

2.11. Температура в камере: от +2 до +8С°;

2.12. Габариты: не более 2010*705*575;

2.13. Оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте);

2.14. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам и иным требованиям в соответствии с законодательством Республики Беларусь, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами и иными документами;

2.15. Оборудование должно быть безопасно к применению в медицинских учреждениях и иметь свободный доступ к механизмам для обслуживания;

2.16. Оборудование должно быть укомплектовано паспортом и руководством по эксплуатации на русском или белорусском языке;

2.17. Гарантийные срок оборудования: не менее 48 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

ЛОТ №3

1. Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Холодильник фармацевтический (медицинский)	1 комплект

2. Требования, предъявляемые к закупаемому оборудованию:

2.1. Назначение: медицинский (для хранения лекарственных средств);

2.3. Конструкция: однокамерный;

2.4. Количество дверей: 1;

2.5. Уровень шума: не более 69 дБ;

2.6. Регулировка температуры: да;

- 2.7. Количество полок в холодильной камере: не менее 4;
 2.8. Максимально допустимая нагрузка на полку: не менее 10 кг.
 2.9. Материал полок: металл;
 2.10. Полезный объем: не менее 250л;
 2.11. Требуемый диапазон температуры в холодильной камере: от +2 до +8С°;
 2.12. Габариты: не более 1550*700*700;
 2.13. Оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте);
 2.14. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам и иным требованиям в соответствии с законодательством Республики Беларусь, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами и иными документами;
 2.15. Оборудование должно быть безопасно к применению в медицинских учреждениях и иметь свободный доступ к механизмам для обслуживания;
 2.16. Оборудование должно быть укомплектовано паспортом и руководством по эксплуатации на русском или белорусском языке;
 2.17. Гарантийные срок оборудования: не менее 48 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

ЛОТ №4

1. Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Холодильник фармацевтический (медицинский)	1 комплект

2. Требования, предъявляемые к закупаемому оборудованию:

- 2.1. Назначение: медицинский (для хранения лекарственных средств);
 2.3. Конструкция: однокамерный;
 2.4. Количество дверей: 1;
 2.5. Уровень шума: не более 69 дб;
 2.6. Регулировка температуры: да;
 2.7. Количество полок в холодильной камере: не менее 4;
 2.8. Максимально допустимая нагрузка на полку: не менее 10 кг.
 2.9. Материал полок: металл;
 2.10. Полезный объем: не менее 250л;
 2.11. Требуемый диапазон температуры в холодильной камере: от +8 до +15С°;
 2.12. Габариты: не более 1550*700*700;
 2.13. Оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте);
 2.14. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам и иным требованиям в соответствии с законодательством Республики Беларусь, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами и иными документами;
 2.15. Оборудование должно быть безопасно к применению в медицинских учреждениях и иметь свободный доступ к механизмам для обслуживания;
 2.16. Оборудование должно быть укомплектовано паспортом и руководством по эксплуатации на русском или белорусском языке;

2.17. Гарантийные срок оборудования: не менее 48 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3. Условия поставки, оплаты, монтажа:

3.1. Поставка в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора. Доставка транспортом поставщика;

3.2. Место поставки: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110;

3.3. Оплата производится в течение 10 банковских дней с даты подписания товарной накладной;

3.4. Монтаж на объекте осуществляется силами поставщика;

3.5. Обучение персонала заказчика правилам пользования оборудованием осуществляется поставщиком.

4. Ориентировочная стоимость закупки 39 000 белорусских рублей 0 копеек.

5. Код ОК РБ: – 27.51.11.100

Начальник технической службы

А.А.Терещенко