

Технические характеристики одного комплекта системы индивидуальной водоподготовки

1. Состав оборудования

В состав одного комплекта приобретаемого оборудования должны входить:

1.1. Аппарат индивидуальной водоподготовки для получения очищенной воды для гемодиализа.

1.2. Система магистралей для последовательного подключения не менее 2-х потребителей (аппараты «искусственная почка») с возвратом неиспользованной очищенной воды и поддержанием давления в «петле».

1.3. Автоматический Na-катионообменный фильтр регенерации воды.

1.4. Расходные материалы для ввода в эксплуатацию приобретаемого оборудования.

2. Технические требования.

2.1. Наличие блоков предварительной очистки водопроводной воды – механический фильтр, угольный фильтр, регенерируемый ионообменный смягчитель воды.

2.2. Наличие системы контроля давления водопроводной воды на входе в установку обратного осмоса с аварийным оповещением о его падении и защиты от “сухого хода” насоса высокого давления.

2.3. Наличие системы определения проводимости воды на выходе и защиты при превышении допустимого уровня.

* 2.4. Конечным этапом очистки воды должен быть модуль обратного осмоса с производительностью не менее 120 л/час пермиата.

2.5. Конструкция системы должна предусматривать не менее 2-х точек подключения потребителей и одновременное подключение не менее 2-х потребителей (аппараты «искусственная почка»), с возвратом неиспользованной очищенной воды, поддержанием давления в «петле» и непрерывной циркуляцией для минимизации застойных зон.

2.6. Система должна состоять из элементов смонтированных в закрытые корпуса для обеспечения гигиены при использовании в условиях реанимации, снабженные колесиками для транспортировки внутри помещения.

2.7. Наличие режима дезинфекции и промывки модуля обратного осмоса.

2.8. Наличие режима ожидания с автоматическими программируемыми промывками.

Примечание: Символ * указывает на обязательное наличие данного требования. Отсутствие указанного требования является основанием для отклонения предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев с момента инсталляции.