

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Easy-Click-Кассеты для инжектора модели Ulricheasy INJECT Max 2M или аналог в составе: - Инъекционная игла с держателем для подачи контрастного вещества (средний); - Инъекционная игла для подачи NaCl; - Защитные колпачки для концов трубок; - Зажимы для герметизации трубок подачи среды; - Сегмент трубки для роликового насоса; - Защелка; - Сажевый фильтр; - Устройство SafeConnect с защитным колпачком; - RFID чип.	шт.	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся внутривенным инъектором Ulricheasy INJECT Max 2M;

2.2. Наличие микрочипа с данными об эксплуатации;

2.3. Возможность использования в течении 24 часов;

2.4. Протыкающие иглы с держателем для ёмкостей с диаметром горловины S 21 мм наличие (XD 10712) или аналог;

2.5. Герметичность максимально 22 бар;

2.6. Материал поликарбонат, ППУ, ПВХ (без DEHP и латекса);

2.7. Максимальное допустимое время применение 24 часа для нескольких пациентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).