

Лот 1

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы эндоскопические одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1600 мм

2.2. Для канала эндоскопа диаметром 2,0 мм

2.3.Совместимость с имеющимся оборудованием EVIS EXERA II OLYMPUS GIF-XP180N; OLYMPUS GIF TUPE XPE

Лот 2

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные, овальные с иглой, одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1600 мм

2.2.Диаметр внутренний 2,0-2,3мм

2.3.Диаметр наружный не более 2,8мм

2.4.Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS GIF-LV1, Pentax FG-29V

2.5.Стерильные

Лот 3

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные с иглой одноразовые эндоскопические– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части 1650-1800 мм

2.2. Диаметр наружный 2,3-2,4 мм

2.3.Совместимость с имеющимся оборудованием Pentax

2.4.Стерильные

Лот 4

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы одноразовые с овальными браншами– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части - не менее 1550 мм

2.2. Диаметр внутренний 2,0

2.3.Совместимость с имеющимся оборудованием: OLYMPUS GIF XPE3, PENTAX FG-24W

2.4.Стерильные

Лот 5

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы эндоскопические биопсийные одноразовые – 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1800 мм

2.2. Диаметр внутренний 2,4мм

2.3. Диаметр наружный 2,8мм

2.4.Стерильные

Лот 6

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы эндоскопические биопсийные одноразовые – 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 2300 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2,4мм
- 2.3. Диаметр наружный 2,8мм
- 2.4.Стерильные

Лот 7

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы многоцветные биопсийные с иглой – 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 2300 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2,8мм
- 2.3. Диаметр наружный 3.2 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5.Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus

Лот 8

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы многоцветные эндоскопические – 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1650 мм
- 2.3. Диаметр внутренний 2.8 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus GF-E, Fujinon

Лот 9

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы многоцветные эндоскопические – 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части 2300 мм
- 2.2. Диаметр наружный 2.4 мм
- 2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.4.Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus GIFQ-150, Fujinon

Лот 10

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы биопсийные многоцветные– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1800 мм
- 2.2. Для канала 2.8 мм
- 2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием Гастроскопы Olympus, Pentax, Fujinon

Лот 11

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы биопсийные многоцветные– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 2300 мм
- 2.2. Для канала 2.8 мм
- 2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.4.Совместимость с имеющимся оборудованием Колоноскопы Olympus, Pentax

Лот 12

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные многоразовые— 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1300 мм

2.2. Для канала 2.0 мм

2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.4.Совместимость с имеющимся оборудованием БронхоскопыOlympus. Fujinon

Лот 13

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы для гастроскопа многоразовые— 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1550 мм

2.2. Диаметр внутренний 2,8 мм

2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus

Лот 14

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные с овальнымибраншами с иглой многоразовые— 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1650 мм

2.2. Диаметр внутренний 2.3 мм

2.3. Диаметр наружный 2.8 мм

2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus

Лот 15

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные с овальнымибраншами с иглой многоразовые— 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 2100 мм

2.2. Диаметр внутренний 2.3 мм

2.3. Диаметр наружный 2.8 мм

2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus, PENTAX

Лот 16

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные многоразовые для гибкого эндоскопа типа гастроскоп— 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1800 мм

2.2. Для канала 2.8 мм

2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

Лот 17

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы для удаления инородных тел многоразовые— 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 2300 мм

2.2. Для канала 2.8 мм

2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

Лот 18

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы для удаления инородных тел многоразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1200 мм

2.2. Для канала 1.8 мм

2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

Лот 19

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Многоразовые биопсийные щипцы для гастроскопов– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1550 мм

2.2. Диаметр внутренний 2,3 мм

2.3. Диаметр наружный 2.4 мм

2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus, Fujinon

Лот 20

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Многоразовые биопсийные щипцы для колоноскопов- 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 2100 мм

2.2. Диаметр внутренний 2.8 мм

2.3. Диаметр наружный 2.9 мм

2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus

Лот 21

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Многоразовые биопсийные щипцы для бронхоскопов– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1050 мм

2.2. Диаметр внутренний 1,8 мм

2.3. Диаметр наружный 1.9 мм

2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Fujinon

Лот 22

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные многоразовые для гастроскопа с овальными браншами, без иглы – 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части не менее 1550 мм и не более 1750 мм

2.2. Для канала 2,8 мм

2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.

2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием: видеоскопы Pentax EG27 - i10

Лот 23

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы эндоскопические многоразовые- 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1600 мм
- 2.2. Для канала 2,0 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием: EVIS EXERA II OLYMPUS GIF-XP180N; OLYMPUS GIF TUPE XPE

Лот 24

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы многоцветные биопсийные, овальные с иглой. Автоклавируемые– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1600 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2,0-2,3 мм
- 2.3. Диаметр наружный 2,8 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS GIF-LV1, Pentax FG-29V

Лот 25

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы многоцветные биопсийные, овальные без иглы. Автоклавируемые– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1600 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2,0-2,3 мм
- 2.3. Диаметр наружный 2,8 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS GIF-LV1, Pentax FG-29V

Лот 26

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы биопсийные, овальные без иглы, многоцветные – 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1800 мм
- 2.2. Диаметр наружный 2,0 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus CV-170; SonoScape HD-500

Лот 27

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Многоцветные биопсийные щипцы– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 2300 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2,4 мм
- 2.3. Диаметр наружный 2,8 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость со всем эндоскопическим оборудованием

Лот 28

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы многоцветные биопсийные с иглой– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1600 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2,4 мм
- 2.3. Диаметр наружный 2,8 мм

- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus, Pentax

Лот 29

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы многоцветные биопсийные с иглой– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1200 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 1.8 мм
- 2.3. Диаметр наружный 2,0 мм
- 2.4. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.5. Совместимость с имеющимся оборудованием Fujinon, Olympus

Лот 30

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы для колоноскопа многоцветные– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 2200 мм
- 2.2. Для канала 3.7 мм
- 2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием Olympus CV-LV1L

Лот 31

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы эндоскопические многоцветные– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1650 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2.8 мм
- 2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS GF-V70L

Лот 32

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы эндоскопические многоцветные– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части 2200-2400 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2.8 мм
- 2.3. Способность инструмента качественно выполнять свои функции после многократного использования и стерилизации.
- 2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS.

Лот 33

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы электрические, вращающиеся гемостатические одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 1800 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2.8 мм
- 2.3. Ширина раскрытия 7 мм

Лот 34

1.Состав (комплектация) (один комплект):

- 1.1. Щипцы электрические, вращающиеся гемостатические одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

- 2.1. Длина рабочей части не менее 2300 мм
- 2.2. Диаметр внутренний 2.8 мм
- 2.3. Ширина раскрытия 7 мм

Лот 35

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные с иглой, одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части 2300 мм

2.2.Для диаметра наружного 3,2 мм

2.3.Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS

Лот 36

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные с овальными браншами с иглой одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части 1650 мм

2.2. Диаметр внутренний 2,3мм

2.3. Диаметр наружный 2,8мм

2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS

Лот 37

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные для бронхоскопии одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части 1200-1400 мм

2.2. Диаметр внутренний 2,0-2,4 мм

2.3. Для рабочего канала 2,8 мм

2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS, PENTAX

Лот 38

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Щипцы биопсийные для колоноскопии одноразовые– 1шт

2.Технические характеристики:

2.1. Длина рабочей части 2100-2300 мм

2.2. Диаметр внутренний 2,3-2,4 мм

2.3. Для рабочего канала 2,8 мм

2.4. Совместимость с имеющимся оборудованием OLYMPUS, PENTAX

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по эндоскопическим методам диагностики



_____ В.И.Бартош