

1. Состав оборудования из расчёта на 1 комплект.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Насос (помпа) для энтерального питания	1 шт.
2.	Встроенный аккумулятор	1 шт.
3.	Сетевой кабель	1 шт.
4.	Одноразовая система для введения энтерального питания совместимая с помпой, двойная, с двумя мешками объёмом не менее 1 л.	50 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1 Энтеральная помпа должна применяться в послеоперационных и реанимационных палатах. Принцип работы прибора – инфузионное устройство волнометрического типа.
- 2.2 Энтеральная помпа должна иметь возможность введения как энтеральных смесей, так и других питательных составов.
- 2.3 Прибор должен иметь возможность крепления к стойке для внутривенных инфузий и на горизонтальной поверхности.
- 2.4 Прибор должен обеспечивать как постоянное, так и болюсное введение энтерального питания.
- 2.5 Прибор должен иметь функцию автоматического заполнения насоса.
- 2.6 Насос должен быть оснащен ЖКИ экраном для отображения цифровой информации.
- 2.7 На ЖКИ дисплее должен отображаться уровень заряда батареи.
- 2.8 Устройство должно иметь возможность временной остановки работы с программируемым повторным запуском.
- 2.9 В режиме постоянной подачи смеси на экран дисплея должны быть доступны варианты выбора скорости подачи смеси, объема смеси.
- 2.10 В режиме прерывистой подачи смеси на экране дисплея должны быть доступны варианты выбора скорости введения смеси, объема смеси, количества введений, интервал между введениями, максимальный объем болюсного введения.
- 2.11 Скорость инфузии 1-1000 мл/час.
- 2.12 Точность инфузии+5%.

2.13 Прибор должен иметь звуковую и визуальную сигнализацию по следующим видам тревог: низкий заряд батареи, ошибка подачи смеси, индикация завершения подачи смеси.

2.14 Интерфейс: русский язык, цифровой индикатор.

2.15 Насос для энтерального питания (помпа) может работать от аккумулятора более 2 часов, длительность зарядки не более 14 часов.

3. Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами: согласно аукционным документам организатора закупки.

Врач анестезиолог-реаниматолог