

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование закупаемой продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Стент мочеточниковый	Шт.	400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Стент мочеточниковый предназначен для внутреннего дренирования верхних отделов мочевыводящей системы, открытый/открытый, длина 16±2 см, 4-5 СН, диаметр пузырьной петли 1,5-2 см; материал полиуретан, проводник с фиксированным сердечником, материал сталь или PTFE; соединяющийся толкатель.
 - 2.2. Срок службы стента без риска внутренней инкрустации не менее 30 дней.
 - 2.3. Стерильная упаковка.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №762/26

лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для пункционной нефростомии 10 Fr	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Нефростомический катетер из полиуретана завиткового типа, высоко-рентгенконтрастный 10 Fr, длиной 22 – 30 см должен быть:

2.1.1 из полиуретана

2.1.2 высоко-рентгенконтрастный

2.1.3 завиткового типа («Пигтейл») с нитью для блокировки завитка

2.1.4 с системой Mac-Loc,

2.1.5 диаметром 10 Fr,

2.1.6 длиной 22 – 30 см

2.1.7 с металлическим обтуратором, выпрямляющим катетер на всю длину;

2.2 УЗИ-контрастные пункционные иглы из нержавеющей стали, как минимум, одна из которой типа Чиба (Chiba) 18G и глубиной пункции не менее 20 см;

2.3 Проводник повышенной жесткости длиной не менее 75 см с гибким кончиком;

2.4 Поставляться в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №762/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для пункционной нефростомии 14 Fr	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Нефростомический катетер из полиуретана завиткового типа, высоко-рентгенконтрастный 14 Fr, длиной 22 – 30 см должен быть:

2.1.1 из полиуретана

2.1.2 высоко-рентгенконтрастный

2.1.3 завиткового типа («Пигтейл») с нитью для блокировки завитка

2.1.4 с системой Mac-Loc,

2.1.5 диаметром 14 Fr,

2.1.6 длиной 22 – 30 см

2.1.7 с металлическим обтуратором, выпрямляющим катетер на всю длину;

2.2 УЗИ-контрастные пункционные иглы из нержавеющей стали, как минимум, одна из которой типа Чибя (Chiba) 18G и глубиной пункции не менее 20 см;

2.3 Проводник повышенной жесткости длиной не менее 75 см с гибким кончиком;

2.4 Поставляться в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №762/26

лот 4

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Катетеры мочеточниковые 7 Fr с открытым почечным концом	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Катетеры мочеточниковые 7 Fr с открытым почечным концом должны быть:

- 2.1.1 Изготовлены из рентгеноконтрастного полимера;
- 2.1.2 Конец катетера прямой, открытый;
- 2.1.3 Иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения стента;
- 2.1.4 Длина мочеточникового катетера не менее 700мм;
- 2.1.5 Поставляться в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №762/26

лот 5

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Катетеры мочеточниковые 6 Fr с открытым почечным концом	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Катетеры мочеточниковые 6 Fr с открытым почечным концом должны быть:

2.1.1 Изготовлены из рентгеноконтрастного полимера;

2.1.2 Конец катетера прямой, открытый;

2.1.3 Иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения стента;

2.1.4 Длина мочеточникового катетера не менее 700мм;

2.1.5 Поставляться в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №762/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, эксплуатационных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Катетеры мочеточниковые 6 Fr с открытым почечным концом типа «свиной хвост»	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Катетеры мочеточниковые 6 Fr с открытым почечным концом типа «свиной хвост» должны быть:

- 2.1.1 Выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью
- 2.1.2 Загнутый конец типа свиной хвост (пигтейл) на почечном конце;
- 2.1.3 Иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения стента;
- 2.1.4 Боковые отверстия в пигтейле, обеспечивающие беспрепятственный вывод жидкости из организма;
- 2.1.5 Поставляться в стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №762/26

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Катетеры мочеточниковые 6 Fr с открытым почечным концом	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного, биологически инертного полимера;
- 2.2 Конец катетера прямой открытый;
- 2.3 Длина мочеточникового катетера не менее 700мм;
- 2.4 Кольцевые сантиметровые метки на катетере для контроля глубины введения;
- 2.5 Поставляться в стерильной упаковке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.