

**Описание потребительских, функциональных, технических, ~~качественных~~
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Система инфузионная (трансфузионная) гравитационная.	шт.	4000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Наличие двухканальной полимерной иглы, позволяющую подключать систему, как к жестким стеклянным/полимерным емкостям, так и к мягким полимерным контейнерам.

2.2. Воздушный канал полимерной иглы оборудован гидрофобной мембраной.

2.3. Непроницаемый для бактерий закрывающийся вентиляционный канал.

2.3 Наличие конусообразного фильтра, размер ячеек фильтра 15мкм.

2.4 Роликовый зажим (56 мм) позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения, дистальная часть Льюер-Лок, инъекционный порт с восторенным 3ходовым краником.

2.5. Полужесткая прозрачная капельная камера позволяет визуализировать процесс каплепадения.

2.6. Роликовый зажим с держателем системы и специальным разъемом для накопника, для безопасной утилизации.

2.7. Длина не менее 3000 мм.

2.8. Все расходные материалы – стерильные, предназначены для одноразового применения, упакованы в индивидуальную упаковку.

2.9. Тип системы: инфузионная/трансфузионная, инфузия гравитационная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).