

Приложение №1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Дыхательный контур неонатальный одноразовый с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ	Шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Поток не менее 4 л/мин
 - 2.2. линия вдоха 1.1 м с обогревом
 - 2.3. удлинитель для инкубатора 0.3 м
 - 2.4. линия выдоха не менее 1.6 м с обогревом, тип Evaqua™ 2
 - 2.5. соединительная трубка не менее 0.6 м с портом для оксида азота
 - 2.6. наличие линии контроля давления
 - 2.7. Y-образный коннектор
 - 2.8. набор адаптеров
 - 2.9. камера увлажнителя с автоматическим доливом воды
 - 2.10. дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;
 - 2.11. дыхательный контур должен быть совместим с аппаратом ИВЛ Leoni plus, Heinen Lowenstein;
 - 2.12. неонатальный диаметр дыхательного контура не более 15мм;
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- гарантийный срок годности - не менее 36 месяцев с момента изготовления;