

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Игла для трепан-биопсии костного мозга	Штука	300 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Применение: для выполнения трепан-биопсии костного мозга*;
 - 2.2. Поставляется стерильной в индивидуальной упаковке;
 - 2.3. Предназначена для однократного использования;
 - 2.4. Диаметр иглы: 11 G;
 - 2.5. Длина иглы: 15 см;
 - 2.6. Ограничитель длины иглы для фиксации глубины прокола;
 - 2.7. Возможность применения для взятия аспирата шприцев любого производства с наконечником Luer или Luer-Lock;
 - 2.8. Наличие режущего края типа «Рыбий рот»;
 - 2.9. Наличие проводника контроля длины получаемого столбика костномозговой ткани;
 - 2.10. Наличие дополнительного стилета (мандрен-толкатель) для перемещения биоптата;
 - 2.11. Рукоятка эргономичной формы, обеспечивающей надежный захват;
 - 2.12. Защита от влаги при хранении;
 - 2.13. Материал - нержавеющая хирургическая сталь.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

* Несоответствие данному пункту приведет к отклонению предложения участника.