

Приложение к лоту №1:

1. Состав (на 1 комплект) медицинских изделий:

№	Наименование (состав)	Количество
1.	Одноразовые сеты, сертифицированные не менее чем на 25 дней непрерывной эксплуатации для портативной системы экстракорпоральной мембранной оксигенации, совместимые с аппаратом Xenios:	
1.1	Оксигенатор с артериальным и венозным выходами 3/8", встроенными разъёмами для определения венозного давления, артериального давления, температуры	1 шт.
1.2	Одноразовая головка центробежного или диагонального насоса (совместимого с блоком управления системы производства Xenios)	1 шт.
1.3	Артериальная и венозная магистрали 3/8" имеют цветовую маркировку и магистральные зажимы с quick-коннекторами	1 шт.
1.4	Контур первичного заполнения с quick-коннекторами	1 шт.
1.5	Газовая магистраль с фильтром к газовому микшеру (газовому баллону)	1 шт.

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Стерильная одноразовая система.
- 2.2. Объём заполнения всей системы не более 1500 мл.
- 2.3. Максимальная скорость создаваемого центробежным насосом потока крови не менее 7 л/мин.
- 2.4. Сертифицированная деятельность эксплуатации расходного материала в течение периода не менее 25 дней.
- 2.5. Совместимость с аппаратом Xenios.