

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Расходные материалы для рентгенэндоваскулярной хирургии

1. Состав (комплектация) ИМН

	Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество (шт)
Лот 53	Лот № 1 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом цитотоксического действия	1.1.2,0-20 мм	5
		1.2.2,0-30 мм	5
		1.3.2,0-40 мм —	5
		1.4.2,5-20 мм	5
		1.5.2,5-30 мм	5
		1.6.2,5-40 мм —	5
		1.7.3,0-20 мм	5
		1.8.3,0-30 мм	5
		1.9.3,0-40 мм ~	5
		1.10.3,5-20 мм	5
		1.11.3,5-30 мм	5
Лот 54	Лот № 2 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом антипролиферативного действия	1.1.2,0-20 мм	5
		1.2.2,0-30 мм	5
		1.3.2,5-20 мм	5
		1.4.2,5-30мм	5
		1.5.2,75-20 мм	5
		1.6.2,75-30 мм	5
Лот 55	Лот № 3 Баллонный катетер для коронарной внутрисосудистой литотрипсии	1.1.2,5-12 мм	10
		1.2.2,5-20 мм	5
		1.3.2,75-12 мм	10
		1.4.2,75-20 мм	5
		1.5.3,0-12 мм	5
		1.6.3,0-20 мм	5
		1.7.3,25-12 мм	5
		1.8.3,25-20 мм	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

Лот № 1 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом цитотоксического действия Лот 53	
2.1	Наличие покрытия лекарственным препаратом цитотоксического действия - паклитакселем
2.2	Система доставки - монорельсовая, совместимая с проводником 0.014"
2.3	Номинальное давление не менее 6 АТМ, давление разрыва не менее 14 АТМ
2.4	Допускается отклонение по длине баллона +/- 2 мм
Лот № 2 Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием препаратом антипролиферативного действия Лот 54	
2.1.	Наличие покрытия лекарственным препаратом антипролиферативного действия- рапамицином

- 2.2. Система доставки — монорельсовая, совместимая с проводником 0,014”
- 2.3. Номинальное давление не менее 6 АТМ, давление разрыва не менее 14 АТМ
- 2.4. Допускается отклонение по длине баллона +/- 2 мм

Лот 55 ~~Лот 3~~ Баллонный катетер для коронарной внутрисосудистой литотрипсии

- 1.1. Наличие гидрофильного покрытия с длиной не менее 38 см, рабочая длина катетера не менее 145см
- 1.2. Максимальное количество импульсов не менее 100 с обязательным отображением счетчика импульсов на сенсорном экране
- 1.3. Номинальное давление не менее 6 АТМ, расчетное давление разрыва не менее 16 АТМ
- 1.4. Совместимость с системой для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk (Microport, Китай)

Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1 Согласно аукционным документам организатора.