

## Лот № 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование                                                             | Количество, шт. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.    | Штатив для внутривенных вливаний<br>с Z – образным основанием на колёсах | 216             |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Изготовлен из нержавеющей стали.
- 2.2. Высота от 1500 мм до 2330 мм.
- 2.3. Наличие Z – образного опорного основания диаметром от 550 мм до 580 мм на колёсах.
- 2.4. Регулируется по высоте при помощи механизма автоматической фиксации.
- 2.5. Наличие подвесных крючков – не менее четырёх.
- 2.6. Наличие подвесных держателей для флаконов - не менее двух.

Разработчик технических требований:  
главный внештатный специалист  
главного управления по здравоохранению  
Брестского облисполкома  
Бучина О.В. \_\_\_\_\_

