

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных
услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1

**Инкубатор для сред,
контроль качества паровой стерилизации – 1 шт.**

1. Состав 1 (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1.	Инкубаторы для сред, контроль качества паровой стерилизации	1
1.2.	Шнур питания	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Технические требования
2.1.	Инкубаторы для сред, контроль качества паровой стерилизации
2.1.1.	Предназначен для получения и поддержания внутри пробирок с реакционной смесью стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических исследований.
2.1.2.	Предназначен для применения в учреждениях здравоохранения.
2.1.3.	Корпус термостата: ударопрочный полистирол.
2.1.4.	Наличие прозрачной откидной крышки из полиэтилентерефталата (ПЭТГ) для наблюдения за образцами.
2.1.5.	Наличие на каждом уровне металлических планок из нержавеющей стали для устойчивого положения пробирок.
2.1.6.	Количество уровней – не менее 3-х.
2.1.7.	Количество ячеек на каждом уровне – не менее 20 шт.
2.1.8.	Каждый уровень должен быть оснащен собственным цифровым таймером, для выполнения запуска процесса термостатирования для разных групп индикаторов в разное время.
2.1.9.	Наличие цифровых дисплеев температуры и времени.
2.1.10.	Диапазон установки температуры: от +35 до +60°C с шагом 1 °C.
2.1.11.	Максимальное отклонение температуры в любой из пробирок от заданного значения: $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

2.1.12.	Время установления рабочего режима: не более 60 минут.
2.1.13.	Диапазон установки таймера: 0-99 часов с дискретностью 1 час.
2.1.14.	Наличие звуковой сигнализации и световой индикации с оповещением о завершении цикла.
2.1.15.	Габариты (не более) (В×Ш×Г): 290×343×153 мм.
2.1.16.	Электропитание: 220В, 50 Гц, 150ВА.
2.2.	Шнур питания
2.2.1.	Длина шнура не менее 1.8 метра.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчики технических характеристик:

Члены комиссии:

Медицинская сестра (старшая) ОКДОТП

Медицинская сестра (старшая) ОКПО-1

Согласовано:

Главная медицинская сестра

И.А.Ананич

Л.Н.Макарова

Е.А.Рогачевская

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных
услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 2
**Инкубатор для сред,
контроль качества низкотемпературной стерилизации – 1 шт.**

1. Состав 1 (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1.	Инкубаторы для сред, контроль качества низкотемпературной стерилизации	1
1.2.	Шнур питания	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Технические требования
2.1.Инкубаторы для сред, контроль качества низкотемпературной стерилизации	
2.1.1.	Предназначен для получения и поддержания внутри пробирок с реакционной смесью стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических исследований.
2.1.2.	Предназначен для применения в учреждениях здравоохранения.
2.1.3.	Корпус термостата: ударопрочный полистирол.
2.1.4.	Наличие прозрачной откидной крышки из полиэтилентерефталата (ПЭТГ) для наблюдения за образцами.
2.1.5.	Наличие на каждом уровне металлических планок из нержавеющей стали для устойчивого положения пробирок.
2.1.6.	Количество уровней – не менее 2-х.
2.1.7.	Количество ячеек на каждом уровне – не менее 17 шт., не более 20 шт.
2.1.8.	Каждый уровень должен быть оснащен собственным цифровым таймером, для выполнения запуска процесса термостатирования для разных групп индикаторов в разное время.
2.1.9.	Наличие цифровых дисплеев температуры и времени.

2.1.10.	Диапазон установки температуры: от +35 до +60°C с шагом 1 °C.
2.1.11.	Максимальное отклонение температуры в любой из пробирок от заданного значения: $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
2.1.12.	Время установления рабочего режима: не более 60 минут.
2.1.13.	Диапазон установки таймера: 0-99 часов с дискретностью 1 час.
2.1.14.	наличие звуковой сигнализации и световой индикации с оповещением о завершении цикла.
2.1.15.	Габариты, (В×Ш×Г): не более 231×296×129 мм.
2.1.16.	Электропитание: 220В, 50 Гц, 150ВА.
2.2.	Шнур питания
2.2.1.	Длина шнура не менее 1.8 метра.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчики технических характеристик:

Члены комиссии:

Медицинская сестра (старшая) ОКДОТП



И.А.Ананич


Медицинская сестра (старшая) ОКПО-1



Л.Н.Макарова

Согласовано:

Главная медицинская сестра



Е.А.Рогачевская