

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача учреждения  
здравоохранения «Брестская городская  
детская поликлиника №2»

Н.С.Наумчик

2026



1. Заявка на закупку **регистратора температуры и относительной влажности воздуха электронного.**

2. Заказчик учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2» проводит процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии с требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей заявке на закупку медицинских изделий.

| Сведения о заказчике                                                                                                                                                  |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)                                    | г. Брест ул. Советской Конституции, 8А                                  |
| Учетный номер плательщика                                                                                                                                             | 291659235                                                               |
| Адрес электронной почты                                                                                                                                               | info@bgdp2.by                                                           |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)                                                                                                     |                                                                         |

4. Область применения: для измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещениях для хранения лекарственных препаратов.

5. Сведения о государственной закупке:

| ЛОТ 1                                                                                                                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Предмет государственной закупки (наименование товара)                                                                                               | Регистратор температуры и относительной влажности воздуха электронный. |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1                                                  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)                                                                                                                     | 26.51.51.750                                                           |
| Объем (количество)                                                                                                                                  | 20 шт.                                                                 |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту                                                                                           | 6000,0 белорусских рублей                                              |
| Источник финансирования государственной закупки                                                                                                     | Городской бюджет                                                       |
| Требования к участникам                                                                                                                             | В соответствии с требованиями п.2 статьи 16                            |

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных  
и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки

Приложение 1

ЛОТ 1

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

| № п/п | Наименование                                                           | Единица измерения | Количество |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1     | Регистратор температуры и относительной влажности воздуха электронный. | штуки             | 20         |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Средство измерения предназначено для регистрации данных температуры и влажности: с регистрацией измеренных значений на карту памяти и возможностью считывания накопленных данных;
- 2.2. Диапазон измерения температуры:  
Минимальный – не менее  $-5^{\circ}\text{C}$ ;  
Максимальный – не менее  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- 2.3. Диапазон измерения относительной влажности:  
Минимальный – не менее 10 %;  
Максимальный – не менее 95%.
- 2.4. Наличие дисплея с отображением текущих измеренных значений.
- 2.5. Комплектность: элемент питания (батарейка), кронштейн.
- 2.6. Прибор должен быть внесен в государственный реестр средств измерений, иметь отметку о прохождении поверки (не менее 70 % срока до окончания межповерочного интервала).
- 2.7. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- 2.8. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.

Разработчики технических требований:

Главная медицинская сестра

Техник

Л.А.Николайчикова

Андреюк А.И.