

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Предмет государственной закупки: Стерилизатор газовый этиленоксидный непроходной 1 комплект

1. Состав одного комплекта:

№ п/п	Состав (комплектация оборудования)	Кол-во
1.1	Стерилизатор газовый этиленоксидный непроходной	1 шт.
1.2	Сенсорный цветной дисплей управления	1 шт.
1.3	Датчик влажности	1 шт.
1.4	Принтер	1 шт.
1.5	Бумага для распечатки процесса	10 рул.
1.6	Биологический индикатор	100 шт.
1.7	Инкубатор	1 шт.
1.8	Картридж газовый с ЭО	300 шт.
1.9	Контейнеры:	-
1.9.1	- большой	1 шт.
1.9.2	- малый	2 шт.
1.10	Тележка загрузочная	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Объем камеры	Не менее 220 л. Не более 240 л.
2.2	Стерилизационный агент - этиленоксид	Наличие
2.3	Аэрация в камере аппарата	Наличие
2.4	Одна дверь (непроходного типа)	Наличие
2.5	Тип загрузки	горизонтальный
2.6	Количество программ	Не менее двух
2.7	Возможность интеграции в информационную систему для контроля состояния оборудования	Наличие
2.8	Устойчивость к дезинфекции	Наличие