

Приложение к заявке № 581 от

Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Humastar 600

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований
Лот 1. Реагенты для автоматического биохимического анализатора Humastar 600			
1.1	Набор реагентов для определения общего белка	1. принцип метода – колориметрический биуретовый 2. установка на открытый канал	3 000 исследований
1.2	Набор реагентов для определения мочевины	1. принцип метода – ферментативный кинетический с ГЛДГ 2. линейность – не менее 60 ммоль/л 3. установка на открытый канал.	3 000 исследований
1.3	Набор реагентов для определения мочевой кислоты	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	2 000 исследований
1.4	Набор реагентов для определения креатинина	1. принцип метода – дифференцировка	2 500 исследований
1.5	Набор реагентов для определения ЛПВП	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	1 000 исследований
1.6	Набор реагентов для определения ЛПНП	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	1 500 исследований
1.7	Набор реагентов для определения триглицеридов	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	1 500 исследований
1.8	Набор реагентов для определения активности АЛАТ	1. принцип метода – кинетический метод, IFCC 2. установка на открытый канал	3 000 исследований
1.9	Набор реагентов для определения активности АСАТ	1. принцип метода – кинетический метод, IFCC 2. установка на открытый канал	3 000 исследований
1.10	Набор реагентов для определения билирубина общего	1. принцип метода – колориметрический метод	1 300 исследований
1.11	Набор реагентов для определения концентрации холестерина	1. принцип метода – колориметрический метод	1 300 исследований
1.12	Набор реагентов для определения концентрации ферритина	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия	800 исследований

1.13	Набор реагентов для определения С-реактивного белка	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия	1 300 исследований
1.14	Набор реагентов для определения содержания иммуноглобулина G общ.	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия	500 исследований
1.15	Набор реагентов для определения содержания иммуноглобулина А	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия	500 исследований
1.16	Набор реагентов для определения содержания иммуноглобулина М	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия	500 исследований
1.17	Набор реагентов для определения комплемента С3	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия	350 исследований
1.18	Набор реагентов для определения комплемента С4	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия	350 исследований
1.19	Набор реагентов для определения билирубина прямого	1. принцип метода – конечная точка	2 000 исследований
1.20	Набор реагентов для определения концентрации кальция	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	1 000 исследований

Лот 2. Контрольные, калибровочные материалы для автоматического биохимического анализатора Humastar 600

2.1	Калибратор иммуноглобулинов прямой	1. фасовка не менее – 5*2мл	1 уп.
2.2	Калибратор ферритин	1. фасовка не менее – 2*1 мл	1 уп.
2.3	Стандарт С3/С4	1. фасовка не менее – 2*1мл	1 уп.

Лот 3. Реагенты для электролитного блока для автоматического биохимического анализатора Humastar 600

3.1	Пакет стандартный к анализатору биохимическому для ISE-модуля	Количество исследований	1 наб
-----	---	-------------------------	-------

Лот 4. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Humastar600

4.1	Раствор очищающий для кювет	1.фасовка не менее - 6*55 мл	5 наб.
4.2	Набор для очистки наконечников	1.фасовка не менее - 2*4*20 мл	2 наб.
4.3	Добавка моющая к автоматическому анализатору	1.фасовка не менее - 4*25 мл	1 наб.

Дополнительные требования:

1. Реагенты, контрольный, калибровочный и расходные материалы должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем;
2. Реагенты, калибровочные и контрольные материалы должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических биохимических анализаторов серии HumaStar 600 производства Германии, без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций.
3. Реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором биохимическим автоматическим серии HumaStar 600 производства Германия.
4. Реагенты калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий)

И.В. Анташкевич