

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для лапароскопических операций (или аналог)	штука	6

2. Показатели (характеристики):

2.1.1 Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для лапароскопических операций (или аналог) должен быть совместим с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10, в случае предложения полных аналогов, их совместимость должна быть подтверждена изготовителем ВЧ генераторов Medtronic (Covidien).

2.1.2 Диаметр штока 5 мм; длина штока 37 см.

2.1.3 Вращение штока на 350 градусов.

2.1.4 Изогнутость браншей для улучшения сосудистых структур.

2.1.5 Специальное нанопокрытие браншей, для уменьшения нагара и прилипания к тканям.

2.1.6 Активация заваривания одновременно с захватом тканей.

2.1.7 Отдельный курок для рассечения.

2.1.8 Ручное или педальное управление.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Лист 2

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Инструмент LigaSure Atlas; 10 мм - 20 см (или аналог)	штука	18

2. Показатели (характеристики):

2.1.1 Инструмент LigaSure Atlas; 10 мм - 20 см должен быть совместим с аппаратами LigaSure-8 и Force Triad, платформой энергетической Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10, в случае предложения полных аналогов, их совместимость должна быть подтверждена изготовителем ВЧ генераторов Medtronic (Covidien).

2.1.2 Диаметр штока 10 мм; длина штока 20 см.

2.1.3 Поворот штока на 359 градусов.

2.1.4 Прямые закругленные, билатерально раскрывающиеся бранши.

2.1.5 Активация заваривания кнопкой или педалью.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Лист 3

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Инструмент Ligasure Impact с большими изогнутыми браншами (или аналог)	штука	30

2. Показатели (характеристики):

2.1.1 Инструмент Ligasure Impact с большими изогнутыми браншами должен быть совместим с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10, в случае предложения полных аналогов, их совместимость должна быть подтверждена изготовителем ВЧ генераторов Medtronic (Covidien).

2.1.2 Прямоугольный шток длиной 18 см.

2.1.3 Поворот штока на 180 градусов.

2.1.4 Специальное нанопокрытие браншей для уменьшения нагара и прилипания к тканям.

2.1.5 Длина браншей 36 мм.

2.1.6 Изогнутость браншей улучшает визуализацию тканевых структур.

2.1.7 Кремальера, отдельная кнопка активации заваривания.

2.1.8 Курок активации рассечения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Лист 4

Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Диссектор LigaSure точный с нанопокрывтием (или аналог)	штука	18

2. Показатели (характеристики):

2.1.1 Диссектор LigaSure точный с нанопокрывтием должен быть совместимы с платформой энергетической Valleylab FT10 и генератором электролигирующим Valleylab LS10, в случае предложения полных аналогов, их совместимость должна быть подтверждена изготовителем ВЧ генераторов Medtronic (Covidien).

2.1.2 Длина инструмента 21 см.

2.1.3 Изогнутые деликатные бранши.

2.1.4 Специальное нанопокрывтие браншей для уменьшения нагара и прилипания к тканям.

2.1.5 Активация заваривания одновременно с захватом тканей.

2.1.6 Отдельный рычаг для рассечения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.