

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку холодильника лабораторного взрывозащищенного.

1. Предмет закупки: холодильник лабораторный взрывозащищенный.

2. Назначение товара: для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей и реактивов, требующих охлаждения до определенных условий во избежание разложения или нежелательных реакций, сопровождающихся возгоранием и взрывом.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1 Технические характеристики.

Технические характеристики поставляемого оборудования должны в полном объеме удовлетворять требованиям, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики:

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Диапазон рабочих температур, °С, не уже	от +3 до +8
2	Внутренний (полезный) объем, л, не менее	250
3	Тип охлаждения	принудительная конвекция
4	Режим разморозки	автоматический
5	Количество съемных полок, шт. , не менее	2
6	Материал полок	стекло/сталь
7	Группа оборудования в зависимости от взрывоопасной среды	ІІВ
8	Температурный класс оборудования в зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности, не хуже	T4
9	Исполнение рабочей камеры	взрывозащищенное
10	Защита от несанкционированного доступа	врезной замок или адаптер для навесного замка
11	Электропитание от сети переменного тока напряжением/частотой, В / Гц	220 / 50

Допускается поставка товара с характеристиками, не хуже указанных в Таблице 1.

4.2 Комплектность.

Комплект поставки товара должен соответствовать требованиям, представленным в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Холодильник лабораторный взрывозащищенный в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем	1 комплект

5. Требования к комплекту технической документации, поставляемой с товаром.

5.1 Техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.

В комплект технической документации должно входить:

5.1.1 паспорт (или иной документ), содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя с отметкой о дате изготовления и указанием срока эксплуатации оборудования;

5.1.2 руководство (или иной документ) по эксплуатации оборудования;

5.1.3 копия сертификата или декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» с приложением. Документы должны быть действующими на момент выпуска оборудования в обращение;

5.1.4 копия сертификата или декларация о соответствии требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывобезопасных средах» с приложением. Документы должны быть действующими на момент выпуска оборудования в обращение;

5.1.5 копия сертификата или декларации о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» с приложением. Документы должны быть действующими на момент выпуска оборудования в обращение.

6. Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования на склад Покупателя.

6.2 Доставка оборудования и его возврат для выполнения гарантийных обязательств по ремонту должны осуществляться за счет Поставщика.

7. Дополнительные требования.

Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, дата выпуска – не ранее 2025 года.

8. Требования к технической документации, поставляемой с предложением.

Участник в составе своей технической части коммерческого предложения должен предоставить следующие документы:

8.1 подробное техническое описание предлагаемого товара на русском языке с предоставлением информации в соответствии требованиями пунктов 4 и 5 технического задания;

8.2 подтверждение выполнения требований разделов 6 и 7 технического задания.