



УТВЕРЖАЮ
Главный врач УЗ «НЦГБ»
И.Г. Шеменкова
«8» 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по разовому техническому обслуживанию биохимического анализатора и системы фильтрации воды.

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке: услуги по разовому техническому обслуживанию биохимического анализатора и системы фильтрации воды.

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.13.11.100 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей (кроме оборудования для контроля производственных процессов)».

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 21 606,81 бел.руб.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка.

1.5. Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по разовому техническому обслуживанию биохимического анализатора и системы фильтрации воды, согласно Приложения № 1	Согласно технической эксплуатационной документацией производителя. В соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78» (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 № 11)	Лот 2	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	Выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по техническому обслуживанию медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов для выполнения услуг по техническому обслуживанию медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость разового технического обслуживания и необходимые расходные материалы для проведения технического обслуживания, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Периодичность, содержание, порядок и качество выполнения услуг по техническому обслуживанию осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 №11).

2.2. Предложение должно содержать цену услуги по техническому обслуживанию с указанием перечня, и стоимости технического набора, (расходных материалов, комплектующих деталей и запасных частей), необходимых для проведения технического обслуживания.

2.3. Расходные материалы должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.4. Выполненные услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оформляются актом выполненных работ.

2.5. По окончании работ Исполнитель должен предоставить акт технического состояния (заключение, отчет) о степени исправности и работоспособности медицинской техники.

2.7. Специалистом, выполнившим работы по техническому обслуживанию медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания медицинской техники Заказчика.


2.8. Гарантийный срок на замененные в ходе технического обслуживания материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.9. Сервисная служба в случае возникновения неисправности медицинской техники в гарантийный период направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения Заказчика.

2.10. Техническое обслуживание производится по месту эксплуатации медицинской техники на территории Заказчика в рабочие дни с 8:00-16:00.

Разработал:

Начальник отдела по ремонту
оборудования



Т.З. Ляхнович

Юрисконсульт



Е. Г. Врагуис

Приложение № 1

к заданию на закупку
услуг по разовому техническому
обслуживанию
биохимического анализатора и системы для
фильтрации воды

Услуги по разовому техническому обслуживанию						
Но- мер лота	Наименование оборудования	Тип, марка	Год вы- пуска	Заводской номер	Кол- во, шт.	Производи- тель
1	Биохимический анализатор	AU480 с ISE моду- лем	2021	2020023382	1	Beckman Coulter
2	Система для фильтрации воды	AFS 15E	2021	F0SB61245/ F0SB61245A	1	Millipore

Перечень расходных материалов подлежащих замене Лот 1

№	Наименование	Кол-во, шт./уп.
1	Лампа фотометрического модуля 12V 20W	1
2	Трубка перистальтического насоса	1,50
3	Шприц пробоотборника (S Syringe)	1

Перечень расходных материалов подлежащих замене Лот 2

№	Наименование	Кол-во, шт./уп.
1	Фильтр OPTICAP	1
2	Картридж очистки Q-GARD A	1
3	Вентфильтр для резервуара (VENT FILTER FOR PE TANK)	1
4	Картридж очистки PROGARD TS2 (PROGARD TS2)	1
5	Очиститель мембран RO кислотный (RO ACID CLEANER)	0,17