

Приложение №1 (лот №1)
Аспиратор сифонный

1. Назначение: аспиратор сифонный предназначен для механического прокачивания определённого объёма пробы анализируемой газовой среды через индикаторные трубки определённых типоразмеров, типов с целью экспресс-определения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и во взрывоопасных зонах.

2. Комплект поставки.

Аспиратор сифонный (или аналог) – 1 штука.

Претенденту необходимо сообщить, что предлагаемого им при поставке комплекта, в том числе запасных частей, будет достаточно для проведения измерений концентраций в воздухе рабочей зоны с применением индикаторных трубок различного диаметра.

3. Технические характеристики.

Допускается к закупке аспиратор сифонный с техническими характеристиками не хуже указанных:

- 3.1. Количество каналов – 1.
- 3.2. Объем прокачиваемой пробы, см³: 100 ± 5 .
- 3.3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объема прокачиваемой пробы, см³: ± 5 .
- 3.4. Наличие устройства для вскрывания индикаторных трубок.
- 3.5. Возможность проведения анализа воздушной среды с подсоединением шланга.
- 3.6. Габаритные размеры, не более: длина – 200 мм, ширина – 70 мм, высота – 100 мм.
- 3.7. Масса не более 0,5 кг.
- 3.8. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 20 °С до плюс 40 °С.
- 3.9. Аспиратор должен быть во взрывозащищенном исполнении для применения во взрывоопасных зонах.
- 3.10. Гарантия на аспиратор – не менее 12 месяцев с даты поставки.
- 3.11. Аспиратор должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата выпуска не ранее 2025 года.

4. Требования к комплекту технической документации.

Претендент в комплекте с оборудованием должен поставить полный комплект следующей документации:

- 4.1. Подробная спецификация предлагаемого оборудования и материалов.
- 4.2. Подробная инструкция по техническому обслуживанию, эксплуатации, настройке и описанию работы оборудования на русском языке.
- 4.3. Свидетельство о первичной государственной поверке, выполненной уполномоченным органом государственной метрологической службы Республики Беларусь либо иным юридическим лицом Республики Беларусь, уполномоченным Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь на осуществление государственной поверки средств измерений данного типа, либо свидетельство о первичной поверке, признаваемой в Республике Беларусь для применения в сфере законодательной метрологии.
- 4.4. Паспорт или формуляр.

5. Требования к технической документации, поставляемой с предложением.

- 5.1. Сертификаты производителя, поставляющего оборудование, выданные официальными учреждениями по контролю качества или другими компетентными подразделениями, подтверждающие соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам со ссылками на конкретные спецификации и стандарты

(например, ISO-9001, СТБ ИСО 9001 и т.д.).

5.2. Копию сертификата Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, с приложением к сертификату с описанием типа СИ.

5.3. Техническое описание aspirатора на русском языке для возможности дальнейшего проведения технической оценки предложенного оборудования на соответствие требованиям.

5.4. Обязательная гарантия того, что предлагаемый комплект оборудования, материалов и запасных частей достаточны для проведения измерений концентраций в воздухе рабочей зоны с применением индикаторных трубок различного диаметра.

5.5. Гарантия о предоставлении комплекта технической документации согласно требований п.4.

Для однозначного толкования, Поставщик в своем предложении должен предоставить пояснительную записку с ответами на все вопросы, оговоренные в разделах 2–4.