

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

И.Г. Шеменкова

2026г.

Заявка на закупку медицинских изделий

Лот №1: Загубник эндоскопический одноразовый.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Загубник эндоскопический с резинкой, изготовлен из нетоксичного гипоаллергенного пластика или полиэтилена низкого давления, отверстие для введения эндоскопа не менее 20 мм на 25 мм	шт.	3000


2. Технические требования.

2.1. Загубник должен быть одноразового использования, в индивидуальной нестерильной упаковке, полностью совместимыми с эндоскопическим оборудованием Fujinon, SonoScape.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Срок годности товара при поступлении к потребителю должен быть не менее 60% от срока, установленного производителем, что соответствует не менее 12 месяцам до окончания срока годности.

Разработчики:
Заведующий эндоскопическим
отделением УЗ «НЦГБ»


подпись

Белозеров Анатолий Игоревич

подпись