

Приложение 1

№ заявки	№ лота	Наименование, технические характеристики, комплектация закупаемого товара	Кол- во	Наличие документации
97993	1	Термометр сопротивления. НСХ: Pt100 ($\alpha = 0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$). Класс: В. Количество ЧЭ: 1. Изолированный спай. Схема подключения: 3-проводная. Диаметр монтажной части: 5 мм. Длина монтажной части: 30 мм. Исполнение: кабельное (без клеммной головки). Длина кабеля: 1,5 м. Диапазон измерения: от минус 40 до 200°C. Степень защиты: IP65. Материал защитной гильзы: нержавеющая сталь. Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента поставки.	2 шт.	Паспорт, или формуляр на русском языке. 2. Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ) с приложением к Сертификату с описанием СИ и методика поверки - 1 экз. на 10 ед. но не менее 1 экз.(предоставить при подаче предложения).
106423	2	Вид изделия ТСПТ термометр сопротивления (или аналог) Взрывозащита - не ниже IExibIICT3 Номинальная статическая характеристика - Pt100 Класс допуска - А. Схема подключения - трехпроводная, один чувств. элемента [1х3]. Вариант исполнения монтажной части - погружной Диапазон рабочих температур - (-50...+200 °C). Длина монтажной погружной части - 120 мм. Диаметр защитного чехла - 8 мм. Тип крепления - подвижный штуцер Штуцер с резьбой- M20x1.5 Длина наружной части - 50 мм. Материал клеммной головки - алюминий. Кабельный ввод- диаметр кабеля 4-12,5 мм Степень защиты - не менее IP65. Материал защитного чехла - сталь 12X18H10T. Диапазон измерения: от 0°C до 150 °C. Не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, или не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит ранее.	15 шт.	1. Инструкция по обслуживанию, ремонту и эксплуатации на русском языке (предоставить копию при подаче предложений). 2. Паспорт при поставке (с указанием содержания драг. металлов) (предоставить копию при подаче предложений). 3. Свидетельство о поверке или калибровочный сертификат завода изготовителя. 4. Приложение к Сертификату с описанием СИ и методика поверки. 5. Копии действующего сертификата Госстандарта РБ и действующего сертификата соответствия ТР ТС 012/2011.
89340	3	Термопреобразователи сопротивления Pt-1000 Класс допуска не хуже С. x2 - двухпроводная схема, один ЧЭ. Исполнение монтажной части П - погружной. Диапазон измерения от минус 40°C до 50°C	4 шт.	1. Паспорт или формуляр с указанием срока службы, содержанием либо отсутствием драг.металлов на каждое СИ; 2. Копия сертификата, выданная официальными учреждениями по контролю качества или другими

№ заявки	№ лота	Наименование, технические характеристики, комплектация закупаемого товара	Кол- во	Наличие документации
		(допускается предоставление датчика с более широким диапазоном измерения). Длина монтажной части 180 мм. Диаметр монтажной части 6 мм. Тип крепления - компрессионный зажим. Исполнение клеммной головки: полимерный или алюминиевый сплав. Материал кабельного ввода - полиамид; Степень защиты не хуже IP65. Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит). Срок службы – не менее 10 лет. Официальное подтверждение указанных сроков.		компетентными подразделениями, подтверждающие соответствие продукции установленным стандартам со ссылками на конкретные стандарты; 3. (Предоставить при подаче предложения) копию сертификата Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ) с приложением к Сертификату с описанием СИ и методика поверки.