

**Технические характеристики (описание)
Перевязочные материалы для УЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Ориентировочный размер *</i>	<i>Количество, штук</i>
ЛОТ №1 Салфетки марлевые медицинские стерильные	16см $\pm$ 1,0см x 14см $\pm$ 1,0см В пачке должно быть не менее 10 салфеток	304 000 пачек
	45см $\pm$ 1,5см x 29см $\pm$ 1,5см В пачке должно быть не менее 5 салфеток	98 000 пачек
ЛОТ №2 Салфетки медицинские нестерильные	50мм $\pm$ 7мм x 50мм $\pm$ 7мм 4 сложения	94 160
	50мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7 4 сложений	6 900
	50мм $\pm$ 7мм x 100мм $\pm$ 7 4 сложений	4 550
	75мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7мм 4 сложений	38 500
	100мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7 4 сложений	6 000
	100мм $\pm$ 7мм x 100мм $\pm$ 7 4 сложений	96 200
	100мм $\pm$ 7мм x 150мм $\pm$ 10мм 4 сложения	3 000
	200мм $\pm$ 10мм x 100мм $\pm$ 7мм 4 сложений	32 500
ЛОТ №3 Салфетки медицинские нестерильные	50мм $\pm$ 7мм x 50мм $\pm$ 7мм 8 сложений	1 040
	50мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7 8 сложений	3 000
	75мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7мм 8 сложений	71 500
	100мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7мм 8 сложений	5 000
	100мм $\pm$ 7мм x 100мм $\pm$ 7мм 8 сложений	59 000
	150мм $\pm$ 7мм x 100мм $\pm$ 7мм 8 сложений	3 000
	200мм $\pm$ 10мм x 100мм $\pm$ 7мм 8 сложений	33 300
ЛОТ №4 Салфетки медицинские нестерильные	50мм $\pm$ 7мм x 50мм $\pm$ 7мм 12 сложения	19 000
	50мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7 12 сложений	25 200
	50мм $\pm$ 7мм x 100мм $\pm$ 7 12 сложений	6 000
	75мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7мм 12 сложений	20 000
	100мм $\pm$ 7мм x 75мм $\pm$ 7мм 12 сложений	11 000
	100мм $\pm$ 7мм x 100мм $\pm$ 7мм 12 сложений	193 200
	150мм $\pm$ 10мм x 100мм $\pm$ 7мм 12 сложений	13 000

	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 12 сложений	17 200
ЛОТ №5 Салфетки медицинские нестерильные	100мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 16 сложения	21 000
	100мм+/-7мм x 100мм+/-7мм 16 сложений	38 000
	150мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 16 сложений	27 000
	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 16 сложений	46 150
ЛОТ №6 Салфетки медицинские нестерильные	50мм+/-7мм x 50мм+/-7 32 сложений	1 500
	100мм+/-7мм x 100мм+/-7 32 сложений	6 500
	150мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 32 сложений	11 000
	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 32 сложений	107 150
ЛОТ №7 Салфетки медицинские стерильные	50мм+/-7мм x 50мм+/-7мм 4 сложений	109 080
	50мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 4 сложений	29 400
	75мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 4 сложений	14 990
	100мм+/-7мм x 50мм+/-7мм 4 сложений	9 860
	100мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 4 сложений	12 360
	100мм+/-7мм x 100мм+/-7мм 4 сложений	16 450
	150мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 4 сложений	11 100
	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 4 сложений	4 100
ЛОТ №8 Салфетки медицинские стерильные	50мм+/-7мм x 50мм+/-7мм 8 сложений	192 350
	75мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 8 сложений	8 550
	100мм+/-7мм x 50мм+/-7мм 8 сложений	50
	100мм+/-7мм x 100мм+/-7мм 8 сложений	10 500
	150мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 8 сложений	19 200
	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 8 сложений	16 700
ЛОТ №9 Салфетки медицинские стерильные	50мм+/-7мм x 50мм+/-7мм 12 сложений	4 000
	50мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 12 сложений	1 600
	75мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 12 сложений	2 000
	100мм+/-7мм x 50мм+/-7мм 12 сложений	600
	100мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 12 сложений	2 000
	100мм+/-7мм x 100мм+/-7мм 12 сложений	17 100

	150мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 12 сложений	3 000
	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 12 сложений	4 000
ЛОТ №10 Салфетки медицинские стерильные	50мм+/-7мм x 50мм+/-7мм 16 сложения	15 000
	100мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 16 сложений	17 000
	100мм+/-7мм x 100мм+/-7мм 16 сложений	20 100
	150мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 16 сложений	8 100
	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 16 сложений	18 100
ЛОТ №11 Салфетки медицинские стерильные	100мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 32 сложения	500
	50мм+/-7мм x 75мм+/-7мм 32 сложения	500
	200мм+/-10мм x 100мм+/-7мм 32 сложений	1 150

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Салфетки марлевые медицинские стерильные	
2.1. Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 36 г/м ² . Допускаемые отклонения по поверхностной плотности могут быть не менее минус 5%. 2.2. Салфетки должны быть стерильными. 2.3. Салфетки должны быть двухслойными. 2.4. Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 2.5. Салфетки должны быть без швов. 2.6. Упаковка салфеток должна обеспечить сохранность качества.	
ЛОТ №2-6 Салфетки медицинские нестерильные	
2.1. Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 20 г/м ² . 2.2. Салфетки должны быть нестерильными. 2.3. Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 2.4. Индивидуальная или групповая упаковка салфеток должна обеспечить сохранность качества.	
ЛОТ №7-11 Салфетки медицинские стерильные	
2.1. Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 20 г/м ² . 2.2. Салфетки должны быть стерильными. 2.3. Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 2.4. Индивидуальная упаковка салфеток должна обеспечить сохранность качества.	

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».