

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходных материалов для рентгенэндоваскулярной хирургии на 2026 год

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
ЛОТ-№1 Проводники ангиографические с тефлоновым покрытием	Калибр 0,035", длина 140-150см	450штук
	Калибр 0,035", длина 260-270см	50 штук
ЛОТ-№2 Проводники ангиографические для интервенций 0,014"	Калибр: 0,014", длина: 260-300 см	100штук
ЛОТ-№3 Проводники ангиографические для прохождения окклюзированных сосудов 0,014"	Калибр: 0,014", длина: 260-300 см	30 штук
ЛОТ-№4 Проводники ангиографические для интервенций 0,018"	Калибр 0,018", Длина 250-260 см.	80 штук
ЛОТ-№5 Проводники ангиографические с гидрофильным покрытием для интервенций 0,035" стандартной жесткости	Калибр 0,035", Длина 250-260 см.	250 штук
ЛОТ-№6 Проводники ангиографические с гидрофильным покрытием для интервенций 0,035" жесткости Stiff	Калибр 0,035", Длина 250-260 см.	100 штук
ЛОТ-№7 Катетеры ангиографические	1. Форма концевой изгиба «C10».	320штук
	2. Форма концевой изгиба «Multipurpose».	40 штук
	3. Форма концевой изгиба «Pigtail»,	30 штук
	4. Форма концевой изгиба «Headhunter 1».	50 штук
	5. Форма концевой изгиба – «Left carotid 2».	20 штук
	6. Форма концевой изгиба – «Cobra 2»	50 штук
ЛОТ-№8 Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием 5F	1. Форма концевой изгиба - форма концевой изгиба «Simmons 1».	20 штук
	2. Форма концевой изгиба - висцеральный или подобный	20 штук
ЛОТ-№9 Катетеры ангиографические гидрофильные висцеральные 5F	Форма концевой изгиба - маточный или UAC	20 штук
ЛОТ-№10 Шприц ангиографический	шприц 12мл	100штук
ЛОТ-№11 Микрокатетеры 2.8 F	Калибр 2,8F-3 F	25 штук
ЛОТ-№12 Микрокатетеры 2.4 F	Калибр 2,4 F-2,7 F	15 штук
ЛОТ-№13 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,035"	1. Диаметр баллона 5мм, Длина баллона 80 мм,	10 штук
	2. Диаметр баллона 5 мм, Длина баллона 200 мм,	10 штук
	3. Диаметр баллона 6 мм, Длина баллона 80 мм	10 штук
	4. Диаметр баллона 6 мм, Длина баллона 200 мм	15 штук
	5. Диаметр баллона 7 мм, Длина баллона 80 мм	15 штук
	6. Диаметр баллона 8 мм, Длина баллона 40 мм	5 штук

	7. Диаметр баллона 9 мм, Длина баллона 40 мм	5 штук
ЛОТ №14 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,014"	1. Диаметр баллона 2,0 мм, Длина баллона 200 мм,	15 штук
	2. Диаметр баллона 2,5 мм, Длина баллона 200 мм,	15 штук
ЛОТ №15 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,018"	1. Диаметр баллона 2,0 мм, Длина баллона 150 мм	5 штук
	2. Диаметр баллона 2,5 мм, Длина баллона 150 мм	5 штук
	3. Диаметр баллона 3,0 мм, Длина баллона 150 мм	5 штук
	4. Диаметр баллона 5,0 мм, Длина баллона 200 мм	5 штук
	5. Диаметр баллона 6,0 мм, Длина баллона 200 мм	5 штук
ЛОТ №16 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,035" с антипролиферативным покрытием	1. Диаметр баллона 5,0 мм, Длина баллона 40 мм	5 штук
	2. Диаметр баллона 6,0 мм, Длина баллона 40 мм	5 штук
ЛОТ №17 Стенты саморасширяющиеся	1. Диаметр стента 5 мм, Длина стента 40мм	6 штук
	2. Диаметр стента 6 мм, Длина стента 40мм,	10 штук
	3. Диаметр стента 6мм, Длина стента 80мм	6 штук
	4. Диаметр стента 7мм, Длина стента 40мм	10 штук
	5. Диаметр стента 7мм, Длина стента 80мм	10 штук
	6. Диаметр стента 8мм, Длина стента 40мм	4 штуки
	7. Диаметр стента 9мм, Длина стента 40мм	2 штуки
	8. Диаметр стента 10мм, Длина стента 40мм	2 штуки
ЛОТ №18 Мэнифолд	Блок из трех трехходовых краников	100штук
ЛОТ №19 Стенты баллонорасширяемые под проводник 0.035 дюйма	1. Номинальный диаметр стента 6мм, Длина стента 20+/-2 мм.	2 штуки
	2. Номинальный диаметр стента 7мм, Длина стента 20+/-2 мм.	2 штуки
	3. Номинальный диаметр стента 8мм, Длина стента 20+/-2 мм.	2 штуки
	4. Номинальный диаметр стента 9мм, Длина стента 20+/-2 мм.	3 штуки
	5. Номинальный диаметр стента 10мм, Длина стента 20+/-2 мм.	3 штуки
ЛОТ №20 Микросферы для эмболизации	1.Размер калиброванных частиц 300-500 мкм.	10 штук
	2.Размер калиброванных частиц 500-700 мкм.	20 штук
	3.Размер калиброванных частиц 700-900 мкм.	10 штук
ЛОТ №21 Интродьюсеры направляющие	1. Калибр 6F, длиной 40-50см	35 штук
	2. Калибр 6F, Длиной 80-90см	5 штук
ЛОТ №22 Вспомогательные части для ангиографии	Адаптер к кранику для герметизации входного отверстия катетера.	30 штук
ЛОТ №23 Спирали для эмболизации отделяемые 0,018"	1. Диаметр витка 6 мм, длина спирали 200-220 мм.	10 штук
	2. Диаметр витка 10 мм, длина спирали 200-220 мм.	10 штук
	3. Диаметр витка 12 мм, длина спирали 300-330 мм.	10 штук
	4. Диаметр витка 2 мм, длина спирали 40-45 мм.	10 штук
ЛОТ №24	1. Диаметр витка 4 мм, длина спирали 45-50 мм.	10 штук

Спирали для эмболизации отделяемые 0,035	2.Диаметр витка 4 мм, длина спирали 100-110 мм.	10 штук
	3.Диаметр витка 6 мм, длина спирали 200-210 мм.	10 штук
	4.Диаметр витка 10 мм, длина спирали 200-210 мм.	10 штук
ЛОТ №25 Оклюдер для эмболизации периферических сосудов	1. диаметр окклюдера 7-7,5мм, длина 12-12,5 мм,	5 штук
	2. диаметр окклюдера 8-9мм, длина 13-13,5 мм,	10 штук
ЛОТ №26 Стент-графты периферийные с системой доставки	1. Номинальный диаметр стент-графта 6мм, Длина стент-графта 28+/-2мм.	5 штук
	2. Номинальный диаметр стент-графта 7мм, Длина стент-графта 38+/-2 мм	5 штук
	3. Номинальный диаметр стент-графта 8мм, Длина стент-графта 37+/-3мм.	5 штук
ЛОТ №27 Набор интродьюсера ангиографического	1. Калибр 5F, длиной 100 -120мм	400 штук
	2. Калибр 6F, длиной 100-120 мм	100 штук
ЛОТ №28- Расходный материал для дренирования желчевыводящих путей	1.Набор для микропункции.	60 штук
	2.Катетер дренажный с гидрофильным покрытием калибром 8-9F, длина катетера 40-50см.	30 штук
ЛОТ №29 Эндоваскулярные петли для удаления инородных тел	Эндоваскулярные петли для удаления инородных тел	5 штук
ЛОТ №30 Устройства для эндоваскулярного гемостаза	Для закрытия пункционного отверстия диаметром 6F.	150 штук
ЛОТ №31 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,014"с гидрофильным покрытием	1.Диаметр баллона 4 мм, Длина баллона 20 мм	5 штук
	2.Диаметр баллона 5 мм, Длина баллона 30 мм	5 штук
	3.Диаметр баллона 6 мм, Длина баллона 30 мм	5 штук

2.Технические требования:

ЛОТ №1 Проводники ангиографические с тефлоновым покрытием
2.1. Тефлоновое покрытие.
2.2 J-образный кончик.
2.3.Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №2 Проводники ангиографические для интервенций 0,014"
2.1. Жесткость кончика (tip load): 0,8 - 1,0г,
2.2 Гидрофильное покрытие наружной оплетки проводника длиной 38-45см
2.3.Наличие полимерного покрытия длиной 18-25см
2.4.Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №3 Проводники ангиографические для прохождения окклюзированных сосудов 0,014"
2.1. Жесткость кончика: 3,0-5,0г,
2.2. Гидрофильное покрытие наружной оплетки проводника длиной 40-45см
2.3 Наличие зауженного дистального кончика проводника толщиной не более 0,012 inch. и длиной 1мм
2.4.Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №4 Проводники ангиографические для интервенций 0,018"
2.1. Жесткость кончика (tip load): 3,5 - 4,0г,
2.2.Гидрофильное покрытие в области оплетки
2.3.Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №5Проводники ангиографические с гидрофильным покрытием для интервенций 0,035" стандартной жесткости
2.1. Кончик угловой.
2.2. Жесткость: Standard и иные обозначения стандартной жесткости
2.3.Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №6Проводники ангиографические с гидрофильным покрытием для интервенций 0,035" жесткости Stiff
2.1. Кончик угловой.
2.2.Жесткость: Stiff
2.3.Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №7 Катетеры ангиографические
2.1. Калибр 5F, длина 100-125см, армированный
2.2.Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.

ЛОТ №8 Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием 5F	
2.1	Калибр 5F, Длина 100-110см, армированный.
2.2.	Гидрофильное покрытие дистальной части либо на протяжении shaft катетера.
2.3.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №9 Катетеры ангиографические гидрофильные висцеральные 5F	
2.1	Калибр 5F, Длина 90-100см.
2.2.	Гидрофильное покрытие дистальной части либо на протяжении shaft катетера.
2.3.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №10 Шприц ангиографический	
2.1	Шприц с соединением типа Луер-Лок (с внутренней резьбой)
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №11 Микрокатетеры 2.8 F	
2.1.	Длина 150-160см, гидрофильное покрытие.
2.2.	Внутренний диаметр на всем протяжении 0.027in.
2.3.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №12 Микрокатетеры 2.4 F	
2.1.	Длина 150-160см, гидрофильное покрытие.
2.2.	Внутренний диаметр на всем протяжении 0.021in.
2.3.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №13 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,035"	
2.1.	Длина катетера 135-150см, Совместимость с проводником 0,035", интродьюсером 6F
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №14 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,014"	
2.1.	Длина катетера 135-150 см, Совместимость с проводником 0,014"
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №15 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,018"	
2.1	Длина катетера 135-150 см, Совместимость с проводником 0,018", интродьюсером 5F.
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №16 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,035" с антипролиферативным покрытием	
2.1.	Длина катетера 135-150см, Совместимость с проводником 0,035", интродьюсером 6F, наличие антипролиферативного покрытия.
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №17 Стенты саморасширяющиеся	
2.1.	Длина системы доставки 130-145 см.
2.2.	Совместимость с проводником 0,035".
2.3.	Изменение длины при раскрытии до 5%
2.4.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №18 Мэнифолд	
2.1.	Поворот краников осуществляется на 180 градусов.
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №19 Стенты баллонорасширяемые под проводник 0.035 дюйма	
2.1.	Длина катетера 135-150 см.
2.2.	Совместимость с проводником 0,035".
2.3.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №20 Микросферы для эмболизации	
2.1.	Объем частиц 2 мл. Наличие цветовой маркировки, указывающей размер частиц
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №21 Интродьюсеры направляющие	
2.1.	Внутренний просвет 6 F-0,087", армированный, рентгенконтрастный маркер на кончике интродьюсера.
2.2.	Гидрофильное покрытие дистальной части катетера.
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №22 Вспомогательные части для ангиографии	
2.1.	Вращаемый, Y-образный,
2.2.	Для проведения проводников калибром от 0,014" и катетеров.
2.3.	Гемостатический клапан с кнопочным механизмом открытия клапана.
2.4.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №23 Спирали для эмболизации отделяемые 0,018"	
2.1.	Толщина спирали 0,018".
2.2.	Отделяемая спираль с синтетическим волокном (Механизм или устройство отделения спирали в комплекте).
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.
ЛОТ №24 Спирали для эмболизации отделяемые 0,035	
2.1.	Толщина спирали 0,035".
2.2.	Отделяемая спираль с синтетическим волокном (Механизм или устройство отделения спирали в комплекте).
2.2.	Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.

ЛОТ №25 Окклюдер для эмболизации периферических сосудов	
2.1. Микровинтовое соединение окклюдера. Совместимость с интродьюсером 5-6F	
2.2. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.	
ЛОТ №26 Стент-графты периферийные с системой доставки	
2.1. Длина системы доставки 110-130 см, Совместимость с проводником 0,035", интродьюсером 6F	
2.2. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.	
ЛОТ №27 Набор интродьюсера ангиографического	
2.1. В комплекте: дилататор; игла ангиографическая 18G; проводник 0,035" длиной 40-43см; гемостатический клапан; боковой порт для промывания с 3-х ходовым краником.	
2.2. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке	
ЛОТ №28 Расходный материал для дренирования желчевыводящих путей	
2.1.1. Игла для пункции со стилетом 21Gx15 см, Интродьюсер 6F с дилататором, Проводник 0,018" – 50 -65 см Проводник 0,035 "- 0,038 "	
2.1.2 Кончик катетера pigtail, нитевой замок фиксации дистального кончика, протяженность зоны дренирования по катетеру 10-12 см, канюля для придания жесткости катетеру. Длина дистальной части с дренажными отверстиями до «свиного хвостика» 2-3см.	
2.2. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.	
ЛОТ №29 Эндоваскулярные петли для удаления инородных тел	
2.1. Диаметр петли 20-25 мм, длина ловушки 110-120 см	
2.2. Форма петли 3D	
2.3. Катетер 5F длиной 90-110см в комплекте	
2.4. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.	
ЛОТ №30 Устройства для эндоваскулярного гемостаза	
2.1. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.	
2.2. В наборе шaft для введения с фиксатором, проводник 0,035 "- 0,038 " длиной 65-70см	
2.3. Кроме накожных устройств компрессионного гемостаза	
ЛОТ №31 Катетеры баллонные для ангиопластики под проводник 0,014" с гидрофильным покрытием	
2.1. Длина катетера 130-140 см, Совместимость с проводником 0,014"	
2.2. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части катетера	
2.2. Изделия должны поставляться в стерильной заводской упаковке.	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.
4. Требования о наличии технической документации и иной информации:
 - 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
 - 4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь) документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 №51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»
 - 4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке