

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Расходные материалы реанимации
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Набор процедурный для эпидуральной и спинальной анестезии.	1.1 Покрытие защитное для стола, 140 см х 150 см 1 шт. 1.2 Покрытие хирургическое с адгезивным краем (для эпидуральной/спинальной анестезии), 75 см х 90 см (отверстие 10 х 12 см) 1 шт. 1.3 Халат стандартный, XL 1 шт. 1.4 Лоток почкообразный, 800 мл 1 шт. 1.5 Зажим с круглыми браншами 1 шт. 1.6 Салфетки марлевые, 5 см х 5 см 5 шт. 1.7 Материал фиксирующий 1 шт.	100 наборов
Лот №2 Набор для катетеризации лучевой артерии	1.1 Покрытие защитное для стола, 140 см х 150 см 1 шт. 1.2 Покрытие хирургическое с адгезивным краем, 75 см х 90 см (отверстие 7 см) 1 шт. 1.3 Халат стандартный, XL 1 шт. 1.4 Лоток почкообразный, 800 мл 1 шт. 1.5 Зажим с круглыми браншами 1 шт. 1.6 Салфетки марлевые, 10 см х 10 см 5 шт. 1.7 Материал фиксирующий 1 шт.	700 наб.
Лот №3 Набор процедурный для постановки центрального венозного катетера	1.1 Покрытие хирургическое, 100 см х 120 см 1 шт. 1.2 Покрытие хирургическое с адгезивным краем, 100 см х 125 см 1 шт. 1.3 Халат стандартный, XL 1 шт. 1.4 Иглодержатель 1 шт. 1.5 Лоток почкообразный, 800 мл 1 шт. 1.6 Зажим с круглыми браншами 1 шт. 1.7 Салфетки марлевые, 10 см х 10 см 5 шт. 1.8 Материал фиксирующий 1 шт.	1000 наб.
Лот №4 Набор процедурный для катетеризации мочевого пузыря	1.1 Покрытие защитное для стола, 140 см х 150 см 1 шт. 1.2 Покрытие хирургическое, 90 см х 90 см (отверстие 18 см) 1 шт. 1.3 Халат стандартный, XL 1 шт.	1000 наб.

	1.4	Лоток 1 шт.	
	1.5	Зажим с круглыми браншами 1 шт.	
	1.6	Салфетки марлевые, 10 см х 10 см 5 шт.	
	1.7	Пинцет 1 шт.	

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1	
1.	Покрывало должно быть размером 140 см х 150 см, защитное двуслойное, ламинированное: из впитывающего нетканого материала бифлекс спанбонд и полиэтиленовой пленки.
2.	Покрывало должно быть размером 75 см х 90 см (отверстие 10 см х 12 см), двуслойное, ламинированное с выделением операционного поля и адгезивным краем, должно быть выполнено из впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки.
3.	Халат стандартный размер XL. Изготовлен из синтетических нетканых материалов, плотностью не менее 40 г/м ² . На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, длиной и шириной не менее 7 см. Должны быть застежки для обеспечения надежной фиксации халата на спине медицинского работника.
4.	Лоток почкообразный 800 мл, не должен содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – медицинский пластик.
5.	Зажим с круглыми браншами для обработки операционного поля, должен быть изготовлен из медицинского пластика.
6.	Марлевые салфетки размером 5 см х 5 см.
7.	Прозрачная пленочная повязка. Должна быть устойчива к воздействию жидкостей и бактерий, используется для фиксации катетеров.
Лот №2	
1.	Покрывало должно быть размером 140 см х 150 см, защитное двуслойное, ламинированное: из впитывающего нетканого материала бифлекс спанбонд и полиэтиленовой пленки.
2.	Покрывало должно быть размером 75 см х 90 см (отверстие 7 см), двуслойное, ламинированное с выделением операционного поля и адгезивным краем. Должно быть выполнено из впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки.
3.	Халат стандартный размер XL. Изготовлен из синтетических нетканых материалов, плотностью не менее 40 г/м ² . На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, длиной и шириной не менее 7 см. Должны быть застежки для обеспечения надежной фиксации халата на спине медицинского работника.
4.	Лоток почкообразный 800 мл, не должен содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – медицинский пластик.
5.	Зажим с круглыми браншами для обработки операционного поля, должен быть изготовлен из медицинского пластика.
6.	Марлевые салфетки размером 10 см х 10 см.
7.	Прозрачная пленочная повязка. Должна быть устойчива к воздействию жидкостей и бактерий, используется для фиксации катетеров.
Лот №3	
1.	Покрывало должно быть размером 100 см х 120 см, защитное двуслойное, ламинированное: из впитывающего нетканого материала бифлекс спанбонд и полиэтиленовой пленки.
2.	Покрывало должно быть размером не менее 100 см х 125 см (отверстие 10 см), двуслойное, ламинированное с выделением операционного поля и адгезивным краем, должно быть выполнено из впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки.
3.	Халат стандартный размер XL. Изготовлен из синтетических нетканых материалов, плотностью не менее 40 г/м ² . На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, длиной и шириной не менее 7 см. Должны быть застежки для обеспечения надежной фиксации халата на спине медицинского работника.
4.	Иглодержатель должен быть изготовлен из медицинского пластика.

5. Лоток почкообразный 800 мл. не должен содержать латекса, ПВХ и пластификатора DENP. Материал – медицинский пластик.
6. Зажим с круглыми браншами для обработки операционного поля, должен быть изготовлен из медицинского пластика.
7. Марлевые салфетки размером 10 см x 10 см.
8. Прозрачная пленочная повязка. Должна быть устойчива к воздействию жидкостей и бактерий, используется для фиксации катетеров.

Лот №4

1. Покрытие должно быть размером 140 см x 150 см, защитное двуслойное, ламинированное: из впитывающего нетканого материала бифлекс спанбонд и полиэтиленовой пленки.
2. Размер покрытия должен быть не менее 90 см x 90 см (отверстие 18 см, без адгезии), двуслойное, ламинированное с выделением операционного поля, должно быть выполнено из впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки.
3. Халат стандартный размер XL. Изготовлен из синтетических нетканых материалов, плотностью не менее 40 г/м². На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, длиной и шириной не менее 7 см. Должны быть застежки для обеспечения надежной фиксации халата на спине медицинского работника.
4. Лоток 1500 мл, не должен содержать латекса, ПВХ и пластификатора DENP. Материал – медицинский пластик.
5. Зажим с круглыми браншами для обработки операционного поля, должен быть изготовлен из медицинского пластика.
6. Марлевые салфетки размером 10 см x 10 см.
7. Пинцет из медицинского пластика, с зубчиками для удержания плотных структур.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

3.1. Согласно аукционным документам организатора