

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**Реагентов для иммунофенотипирования клеток методом лазерной проточной цитофлуориметрии**

| №                                                                                                                       | Наименование                                                            | Единица измерения | Количество |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Лот № 1 Набор реагентов для гейтирования лейкоцитов методом лазерной проточной цитофлуориметрии</b>                  |                                                                         |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                     |                                                                         |                   |            |
| 1                                                                                                                       | анти CD45 метка Krome Orange или Pacific Orange, или V500 (или аналоги) | тест              | 3000       |
| <b>2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.</b> |                                                                         |                   |            |
| <b>Лот №2 Набор реагентов для гейтирования В-лимфоцитов методом лазерной проточной цитофлуориметрии</b>                 |                                                                         |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                     |                                                                         |                   |            |
| №                                                                                                                       | Наименование                                                            | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                       | анти CD19 метка Pacific Blue или V450 (или аналоги)                     | тест              | 1000       |
| <b>2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.</b> |                                                                         |                   |            |
| <b>Лот № 3 Набор реагентов для диагностики острых лейкозов методом лазерной проточной цитофлуориметрии</b>              |                                                                         |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                     |                                                                         |                   |            |
| №                                                                                                                       | Наименование                                                            | Единица измерения | Количество |
| 1.                                                                                                                      | анти CD7 метка FITC (или его аналог)                                    | тест              | 100        |
| 2.                                                                                                                      | анти CD13 метка PerCP-Cy5,5 (или его аналог)                            | тест              | 100        |
| 3.                                                                                                                      | анти CD117 метка PE-Cy7 (или его аналог)                                | тест              | 400        |
| 4.                                                                                                                      | анти HLADR метка PE-Cy7 (или его аналог)                                | тест              | 300        |
| 5.                                                                                                                      | анти CD33 метка PE-Cy7 (или его аналог)                                 | тест              | 200        |
| 6.                                                                                                                      | анти CD11b метка FITC (или его аналог)                                  | тест              | 200        |
| 7.                                                                                                                      | анти CD22 метка PE (или его аналог)                                     | тест              | 200        |
| 8.                                                                                                                      | анти CD3 метка Pacific Blue (или его аналог)                            | тест              | 300        |
| 9.                                                                                                                      | анти CD14 метка PerCP-Cy5,5 (или аналог)                                | тест              | 400        |
| 10.                                                                                                                     | анти CD20 метка FITC (или его аналог)                                   | тест              | 400        |
| 11.                                                                                                                     | анти CD2 метка PE (или его аналог)                                      | тест              | 100        |
| 12.                                                                                                                     | анти CD5 метка PE-Cy7 (или его аналог)                                  | тест              | 300        |
| 13.                                                                                                                     | анти CD8 метка APC-Cy7 (или его аналог)                                 | тест              | 100        |
| 14.                                                                                                                     | анти CD71 метка FITC (или его аналог)                                   | тест              | 100        |
| 15.                                                                                                                     | анти CD11c метка PE-Cy7 (или его аналог)                                | тест              | 200        |
| 16.                                                                                                                     | анти CD61 метка FITC (или его аналог)                                   | тест              | 100        |
| 17.                                                                                                                     | анти CD34 метка APC (или его аналог)                                    | тест              | 300        |
| 18.                                                                                                                     | анти MPO метка PE (или его аналог)                                      | тест              | 100        |



|     |                                                     |      |     |
|-----|-----------------------------------------------------|------|-----|
| 19. | анти CD79a метка APC (или его аналог)               | тест | 200 |
| 20. | анти CD10 метка PE-Cy7 (или его аналог)             | тест | 300 |
| 21. | анти Карра метка FITC (или его аналог)              | тест | 500 |
| 22. | анти Lambda метка PE (или его аналог)               | тест | 500 |
| 23. | анти TCR (гамма/дельта) метка FITC (или его аналог) | тест | 100 |
| 24. | анти TCR (альфа/бета) метка PE (или его аналог)     | тест | 100 |
| 25. | анти CD38 метка FITC (или его аналог)               | тест | 200 |
| 26. | анти CD4 метка PE-Cy7 (или его аналог)              | тест | 100 |
| 27. | анти CD56 метка PerCP-Cy5,5 (или его аналог)        | тест | 500 |
| 28. | анти CD3 метка APC (или его аналог)                 | тест | 100 |
| 29. | анти CD38 метка APC-Cy7 (или его аналог)            | тест | 400 |
| 30. | анти HLADR метка Pacific Blue (или его аналог)      | тест | 100 |
| 31. | анти CD15 метка Pacific Blue (или его аналог)       | тест | 100 |
| 32. | анти CD36 метка FITC (или его аналог)               | тест | 100 |
| 33. | анти NG2 метка PE (или его аналог)                  | тест | 100 |
| 34. | анти CD25 метка PerCP-Cy5,5 (или его аналог)        | тест | 200 |
| 35. | анти CD10 метка APC (или его аналог)                | тест | 100 |
| 36. | анти CD64 метка APC-Cy7 (или его аналог)            | тест | 300 |
| 37. | анти CD16 метка APC-Cy7 (или его аналог)            | тест | 200 |
| 38. | анти CD65 метка FITC (или его аналог)               | тест | 200 |
| 39. | анти TdT метка FITC (или его аналог)                | тест | 100 |
| 40. | анти CD10 метка FITC (или его аналог)               | тест | 100 |
| 41. | анти CD41 метка PE (или его аналог)                 | тест | 100 |
| 42. | анти CD24 метка PE (или его аналог)                 | тест | 200 |
| 43. | анти CD34 метка PE (или его аналог)                 | тест | 100 |
| 44. | анти CD7, метка PC5 (или его аналог)                | тест | 200 |
| 45. | анти CD8 метка PE (или его аналог)                  | тест | 100 |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 4 Набор реагентов для диагностики хронических лимфопролиферативных заболеваний методом лазерной проточной цитофлуориметрии**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| №  | Наименование                                                                                                                    | Единица измерения | Количество |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Комбинированный набор анти CD3/анти CD16/анти CD56, метка FITC для анти CD3, метка PE для анти CD 16 и анти CD 56 (или аналоги) | тест              | 100        |
| 2. | анти FMC7 метка FITC (или аналог)                                                                                               | тест              | 100        |
| 3. | анти CD23 метка FITC (или аналог)                                                                                               | тест              | 200        |
| 4. | анти CD103 метка FITC (или аналог)                                                                                              | тест              | 100        |
| 5. | анти CD79b метка PE (или аналог)                                                                                                | тест              | 100        |
| 6. | анти CD27 метка PE (или аналог)                                                                                                 | тест              | 300        |
| 7. | анти CD200 метка PE-Cy7 (или аналог)                                                                                            | тест              | 300        |
| 8. | анти CD138 метка APC (или аналог)                                                                                               | тест              | 400        |
| 9. | анти CD45RA метка FITC (или аналог)                                                                                             | тест              | 100        |



| 10.                                                                                                                                        | анти CD43 метка APC-Cy7 (или аналог)                                            | тест              | 300        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.</b>                    |                                                                                 |                   |            |
| <b>Лот № 5 Набор реагентов для диагностики пароксизмальной ночной гемоглобинурии методом лазерной проточной цитофлуориметрии</b>           |                                                                                 |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                                        |                                                                                 |                   |            |
| №                                                                                                                                          | Наименование                                                                    | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                                          | анти CD59 метка FITC (или аналог)                                               | тест              | 100        |
| 2                                                                                                                                          | анти CD235a метка PE (или аналог)                                               | тест              | 100        |
| <b>2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.</b>                    |                                                                                 |                   |            |
| <b>Лот № 6 Реагенты для постановки дополнительной панели для диагностики лейкозов и лимфом методом лазерной проточной цитофлуориметрии</b> |                                                                                 |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                                        |                                                                                 |                   |            |
| №                                                                                                                                          | Наименование                                                                    | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                                          | анти CD123, метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 100        |
| 2                                                                                                                                          | анти CD42b, метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 100        |
| 3                                                                                                                                          | анти CD99 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 200        |
| 4                                                                                                                                          | анти CD48 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 100        |
| 5                                                                                                                                          | анти CD44 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 100        |
| 6                                                                                                                                          | анти CD49d метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 100        |
| 7                                                                                                                                          | анти CD180 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 100        |
| 8                                                                                                                                          | анти CD26 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 100        |
| 9                                                                                                                                          | анти CD157 метка FITC или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)         | тест              | 100        |
| 10                                                                                                                                         | анти CD95 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 100        |
| 11                                                                                                                                         | анти CD28 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 100        |
| 12                                                                                                                                         | анти CD81 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 200        |
| 13                                                                                                                                         | анти IgM метка Pacific Blue (или аналоги)                                       | тест              | 50         |
| 14                                                                                                                                         | анти CD11a метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 50         |
| 15                                                                                                                                         | анти CD62L метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 100        |
| 16                                                                                                                                         | анти CD66b метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 50         |
| 17                                                                                                                                         | анти CD54 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)   | тест              | 50         |



|    |                                                                                |      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 18 | анти CD86 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест | 100 |
| 19 | анти CD177 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест | 50  |
| 20 | анти CD181 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест | 100 |
| 21 | анти CD182 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест | 100 |
| 22 | анти CD183 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест | 100 |
| 23 | анти CD184 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест | 100 |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 7 Реагенты для диагностики Т-ЛПЗ методом лазерной проточной цитофлуориметрии**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                   | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти TRBC1 метка PE (или аналог)                                               | тест              | 100        |
| 2 | анти TRBC2 метка APC (или аналог)                                              | тест              | 100        |
| 3 | анти TCL1 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 100        |
| 4 | анти CD371 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 100        |
| 5 | анти CD305 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 100        |
| 6 | анти CD73 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 100        |
| 7 | анти CD52 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 100        |
| 8 | анти CD77 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)  | тест              | 100        |
| 9 | анти CD7 Pacific Blue (или аналоги)                                            | тест              | 100        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 8 Реагенты для иммунофенотипирования крови с определением основных популяций и субпопуляций лимфоцитов**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                                                                                                                                           | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Комбинация моноклональных антител TBNK: CD3 FITC / CD16 PE + CD56 PE / CD45 PerCP-Cy5.5 / CD4 PE-Cy7 / CD19 APC / CD8 APC-Cy7 с метками FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PE - Cy 7, APC, APC- Cy 7 (или аналоги) | тест              | 4000       |

**2. Технические требования:**

2.1. Варианты меток могут быть заменены без перекрытия спектральных характеристик при сохранении панели моноклональных антител, допустимы многоцветные комбинации.



**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 9 Реагенты для иммунофенотипирования крови с определением активации лимфоцитов**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                                | Единица измерения | Количество |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD4 с меткой FITC или PE или PerCP или APC или PE-Cy7 или PerCP-Cy5.5 (или аналоги)    | тест              | 4000       |
| 2 | анти CD38 с меткой FITC или PE или PerCP или APC или PE-Cy7 или PerCP-Cy5.5 (или аналоги)   | тест              | 4000       |
| 3 | анти CD3 с меткой FITC или PE или PerCP или APC или PE-Cy7 или PerCP-Cy5.5 (или аналоги)    | тест              | 4000       |
| 4 | анти HLA-DR с меткой FITC или PE или PerCP или APC или PE-Cy7 или PerCP-Cy5.5 (или аналоги) | тест              | 4000       |
| 5 | анти CD8 с меткой FITC или PE или PerCP или APC или PE-Cy7 или PerCP-Cy5.5 (или аналоги)    | тест              | 4000       |

**2. Технические требования:**

2.1. Метки должны быть представлены так, чтобы все антители можно было использовать в одной пробирке без перекрытия спектральных характеристик при сохранении панели моноклональных антител, допустимы многоцветные комбинации.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 10 Реагенты для определения В-клеток памяти методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                     | Единица измерения | Количество |
|---|----------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти IgD метка APC (или аналоги) | тест              | 400        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 11 Реагенты для определения В-клеток памяти методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                      | Единица измерения | Количество |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD 21 метка PE (или аналоги) | тест              | 400        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 12 Реагенты для определения Т-клеток памяти методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                       | Единица измерения | Количество |
|---|------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD 31 метка PC7 (или аналоги) | тест              | 400        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**3. Требования о наличии технической документации и иной информации:**



**Лот № 13 Реагенты для определения поверхностных маркеров активности лейкоцитов методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                              | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD11a метка PE (или аналоги)         | тест              | 300        |
| 2 | анти CD18 метка PC7 (или аналоги)         | тест              | 300        |
| 3 | анти CD15 метка APC-Cy7 (или аналоги)     | тест              | 300        |
| 4 | анти CD45 метка PerCP-Cy5,5 (или аналоги) | тест              | 300        |
| 5 | анти CD11c метка APC (или аналоги)        | тест              | 300        |
| 6 | анти CD11b метка FITC (или аналоги)       | тест              | 300        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 14 Реагенты для определения вариантов Т-клеточных рецепторов и даблнегативных Т-лимфоцитов методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                    | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD TCRγδ метка FITC (или аналоги)          | тест              | 200        |
| 2 | анти CD TCRαβ метка PE (или аналоги)            | тест              | 200        |
| 3 | анти CD3 метка PerCP/ PerCP-Cy5,5 (или аналоги) | тест              | 200        |
| 4 | анти CD8 метка APC (или аналоги)                | тест              | 200        |
| 5 | анти CD4 метка APC (или аналоги)                | тест              | 200        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 15 Лизирующий раствор с фиксатором**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                    | Единица измерения | Количество |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Лизирующий раствор с фиксатором | тест              | 15000      |

**2. Технические требования:**

2.1. Лизирующий раствор с фиксатором должен обеспечивать гемолиз эритроцитов.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 16 Реагенты для проточного цитофлюориметра**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                               | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Гранулы для настройки проточного цитометра | тест              | 300        |
| 2 | Раствор для выключения                     | литр              | 50         |
| 3 | Раствор очищающий                          | литр              | 15         |

**2. Технические требования:**

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть совместимы с проточным цитометром BD FACS.

2.2. Гранулы для настройки проточного цитометра должны содержать частицы, связанные с (FITC, PE, PerCP, PerCP-Cy5.5, PerCP-Cy7, APC, APC-Cy7).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 17 Жидкость проточная**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование       | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| 1 | Жидкость проточная | литр              | 800        |

**2. Технические требования:**

2.1. Жидкость должна быть предназначена для проточного цитометра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.