

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
учреждения здравоохранения
«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района
г.Минска»
Н.Я.Мысливчик
« » 2026г.



Техническое задание
Электроды для радиохирургического аппарата «СУРГИТРОН ЕМС»

1. Состав и технические требования.

№	Наименование	Количество, уп.	Технические характеристики
1	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга	1	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размером 5*0,2 мм, удлиненный стержень, штекер 1,6 мм).
2	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга	1	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размером 10*0,2 мм, удлиненный стержень, штекер 1,6 мм).
3	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (конизатора)	1	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (диаметр проволоки 0,2 мм, конизатор средний, штекер 1,6 мм).
4	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами	1	Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (диаметр 2 мм, удлиненный стержень, штекер 1,6 мм)

Разработчик технического задания

И.В.Кийко