

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) видеоларингоскопа для трудных дыхательных путей у взрослых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Портативный монитор	шт.	1
1.2	Видеоларингоскоп	шт.	1
1.3	Многоразовые клинки для интубации (размеры SS,S,M,L)	шт.	20
1.4	Видеоэндоскоп гибкий интубационный со встроенной видеокамерой	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Портативный монитор	Должен обеспечивать возможность подключения видеоларингоскопа, видеоэндоскопа гибкого
2.1.1	Архивирование изображений	Обеспечение возможности записи фото и видео на внутренний носитель
2.1.2	Встроенный экран	Размер не менее 3,5 дюймов
2.1.3	Время работы	Не менее 2-х часов
2.1.4	Зарядка	Наличие
2.1.5	Угол поворота экрана	Не менее 40 градусов
2.1.6	Встроенная емкость памяти	Не менее 8 Гб
2.2	Видеоларингоскоп	
2.2.1	Камера	Разрешение не менее 300 000 пикселей
2.2.2	Функция антизапотевания	Наличие
2.2.3	Возможность использования клинков различных размеров (SS, S, M, L).	Наличие
2.3	Многоразовые клинки для интубации	
2.3.1	Размеры	SS – 2 шт, S-6 шт, M-6 шт, L-6 шт.
2.4	Видеоэндоскоп гибкий интубационный со встроенной видеокамерой	Технология электронной визуализации

2.4.1	Разрешение видеокамеры	Не менее 120 000 пикселей
2.4.2	Рабочая длина	Не менее 60 см
2.4.3	Диапазон углов изгиба дистального конца	Не менее 130 градусов вверх, 130 градусов вниз
2.4.4	Наружный диаметр	Не менее 4 мм, не более 5,5 мм
2.4.5	Рабочий канал	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно документам организатора.