

Технические характеристики контура дыхательного

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Электрод для временной стимуляции сердца	комплект	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Электрод для временной кардиостимуляции должен быть снабжен раздуваемым баллоном, расположенным между проксимальным и дистальным полюсами электрода, облегчающим установку электрода без использования рентгеновского излучения;
- 2.2. Рентген-контрастные маркеры на расстоянии не менее 10-15 мм друг от друга (наличие не менее 2 маркеров);
- 2.3. В комплект входит шприц Luer-Lock для раздутия баллона;
- 2.4. Тип стимуляции биполярный;
- 2.5. Электрод имеет антитромботическое гепаринизированное покрытие с целью профилактики тромбообразования;
- 2.6. Диаметр электрода 5F. Совместим с интродьюсером 6 F, идет в комплекте;
- 2.7. Длина полезной части электрода не менее 110 см;
- 2.8. Наличие ЭКГ-адаптера, совместимого с временным кардиостимулятором;
- 2.9. Не подлежит многократному использованию и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности и стерильности с момента поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, стерильности, установленного производителем.