

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 3 » 08 2026 г.

РКМ ЦУД Президента РБ

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Кислородный датчик

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка Schiller CS-200 зав.№ 1092024704200 инв N 013 79191

год выпуска 2024 завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты: кислородный датчик -

вышел срок эксплуатации

Заключение: требуется замена кислородного датчика в Рокор Сибирь.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Макоед М.А.

(должность, подпись, ФИО)

инженер ООМО Мухомов И.В.

(должность, подпись, ФИО)

« 3 » 08 2026 г.

« 9 » 03 08. 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТОГО В РЕМОНТ:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1		шт.	
2			
3			
4			
5			

Дата приемки : _____

Принял: Макоед.М.А

(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

Дата выдачи : _____

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

М.П.

Принял _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

М.П.

Выполненные работы: _____
