

Технические характеристики (описание) предмета закупки.

Щетка для очистки инструментального канала одноразовая (колоноскопическая), не менее 2300мм, диаметр не более 2,4 мм

Обязательное наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ.

Врач-эндоскопист (заведующий) Н. Г. Петракивич

