

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований

Расходные материалы к таймеру автоматической коагуляции типа АСТ «Medtronic» США на
 2026 год

Лот №	Наименование	Количество
1.	Тест-картридж времени свертывания крови, низкий уровень LR-АСТ или аналог к таймеру автоматической коагуляции типа АСТ «Medtronic» США.	50 уп.
2.	Тест-картридж времени свертывания крови, высокий уровень HR-АСТ или аналог к таймеру автоматической коагуляции типа АСТ «Medtronic» США.	50 уп.
3.	Контрольные тестовые наборы для картриджей с нормальными значениями до 200 сек. к таймеру автоматической коагуляции типа АСТ «Medtronic» США.	1 уп.
4.	Контрольные тестовые наборы для картриджей с абнормальными значениями более 200 сек. к таймеру автоматической коагуляции типа АСТ «Medtronic» США.	1 уп.

2. Технические требования:

2.1. совместимы с таймером автоматической коагуляции АСТ-Plus или АСТ II.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно аукционным документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

~~4.1. ---наличие---действующего---регистрационного---удостоверения---Министерства здравоохранения-РБ.~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском язык