

Приложение

Технические характеристики к лоту 1 Облучатель бактерицидный настенный закрытый

1. Применение: предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских и других помещениях в присутствии людей.
2. Технические требования:
 - 2.1. степень защиты IP54;
 - 2.2. лампы: 1×30 Вт G13, производительность: не менее 60 м³/ч;
 - 2.3. металлический корпус с полимерным покрытием;
 - 2.4. наличие электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА);
 - 2.5. в облучателе должна использоваться секция с закрытой бактерицидной УФ-лампой, которая располагается в металлическом корпусе со специально-направленной металлической решеткой не менее 100 мм - «щелевое устройство» и может использоваться в постоянном режиме работы;
 - 2.6. ресурс ламп: не менее 8 000 ч.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
 - 3.1. средний срок службы – не менее 5 лет.

Технические характеристики к лоту 2 Облучатель бактерицидный настенный комбинированный

1. Применение: предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских и других помещениях в присутствии и отсутствии людей (выбор режима).
2. Технические требования:
 - 2.1. степень защиты IP20;
 - 2.2. лампы: 2×30 Вт G13, производительность при работе только верхней лампы: не менее 30 м³/ч, производительность при работе 2ух ламп: не менее 120 м³/ч;
 - 2.3. металлический корпус с полимерным покрытием,
 - 2.4. наличие электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА);
 - 2.5. в облучателе должна использоваться секция с закрытой бактерицидной УФ-лампой, которая располагается внутри корпуса с регулируемым щелевым потоком УФ-С излучения и может использоваться в постоянном режиме работы в присутствии людей. Открытая бактерицидная лампа должна находиться снизу, вне корпуса облучателя для периодического бактерицидного облучения помещения в отсутствии людей;
 - 2.5. возможность регулирования направления потока ультрафиолетового излучения, что позволяет обеспечить больший объем облучения верхних потоков воздуха под потолком и длительную эксплуатацию облучателя в присутствии людей (пациентов и медицинского персонала);
 - 2.6. ресурс ламп: не менее 8 000 ч.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
 - 3.1. средний срок службы – не менее 5 лет.