

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

04.09.2026 № 4-14/329
На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (для анализаторов EasyLyte, производства MEDICA Corporation, США) для ОЗ Гомельской области»** (см. Приложение 1) *в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.09.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

**Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов EasyLyte, производства MEDICA Corporation, США)
для ОЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1.	Реагенты к ион-селективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Ca/pH) (производства MEDICA Corporation, США	Блок растворов Na/K/Ca/pH (объем не менее 800 мл)	13 шт.
2.	Электроды к ион-селективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Ca/pH) производства MEDICA Corporation, США	Кальциевый электрод	2 шт.
		pH электрод	2 шт.
3.	Реагенты к ион-селективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Cl) (производства MEDICA Corporation, США	Блок растворов Na/K/Cl (объем не менее 800 мл)	242 шт.
4.	Расходные материалы к ион-селективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Cl) (производства MEDICA Corporation, США	Набор растворов для ежедневной очистки	115 наб.
		Внутренний заполняющий раствор, 1 фл. объемом не менее 125 мл.	39 фл.
		Разбавитель для разведения мочи, 1 фл. объемом не менее 500 мл.	4 фл.
5.	Электроды к ион-селективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Cl) производства MEDICA Corporation, США	Натриевый электрод	27 шт
		Калиевый электрод	27 шт
		Референсный электрод	24 шт.
		Хлоровый электрод	27 шт.
6.	Расходные материалы к ионоселективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Cl) производства MEDICA Corporation, США	Пробирки для образцов, объем 500 мкл	4 000 штук
7.	Контрольные материалы к ионоселективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Cl) и (Na/K/Ca/pH) производства MEDICA Corporation, США	1. Набор контролей качества, к ионоселективному анализатору серии EasyLyte (Na/K/Cl) и (Na/K/Ca/pH). 2. Контроль не менее 2-х уровней. 3. Аттестован по параметрам Na, K, Cl, Ca, ионоселективным методом.	58 наб.

2. Технические требования:

- 2.1. ЛОТы 1, 2. Реагенты, расходные материалы должны быть предназначены для применения на ионоселективном анализаторе серии EasyLyte (Na/K/Ca/pH) производства MEDICA Corporation, США, что должно подтверждаться инструкцией или другим документом производителя.
- 2.2. ЛОТы 3-5. Реагенты, расходные материалы должны быть предназначены для применения на ионоселективном анализаторе серии EasyLyte (Na/K/Cl) производства MEDICA Corporation, США, что должно подтверждаться инструкцией или другим документом производителя.
- 2.3. ЛОТ 7. Контрольный материал должен быть аттестован для применения на ионоселективном анализаторе серии EasyLyte (Na/K/Cl) и (Na/K/Ca/pH) производства MEDICA Corporation, США, что должно подтверждаться паспортом или другим документом производителя.
- 2.4. ЛОТы 1-7. Все предоставляемые документы должны быть представлены на русском языке.

ВХ № 9049
27.08.2016