

Лот 1

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Автоматический микробиологический анализатор для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Технические требования: 1.1. Состав (комплектация): 1.1. Автоматическая система для определения чувствительности к антибактериальным препаратам настольного исполнения; 1.2. Прибор для измерения оптической плотности суспензии (при отсутствии в комплекте); 1.3. Считыватель штрих-кода (допускается встроенный); 1.4. Компьютер прибора с монитором, клавиатурой, мышью (допускается встроенный); 1.5. Принтер (допускается встроенный); 1.6. Источник бесперебойного питания; 2. Технические требования: 2.1. Наличие при поставке стартового набора реагентов: карты для определения чувствительности к антимикробным препаратам (для определения Грам отрицательных бактерий - 400 штук, для определения Грам положительных бактерий - 400 штук, для дрожжеподобных грибов - 200 штук) 2.2. Дополнительные расходные материалы и реагенты, необходимые для проведения исследований и не включенные в набор - в количестве достаточном для проведения 1000 исследований; 2.3. Единовременное количество образцов для определения чувствительности в модуле анализатора должно быть не менее 30 штук; 2.4. Возможность проведения единичных исследований (одной пробы); 2.5. Возможность получения результатов за 8-24 часа; 2.6. Все операции проводятся в автоматическом режиме в рамках одного прибора: заполнение диагностических панелей, культивирование, считывание, сброс отработанных карт и анализ полученных результатов; 2.7. Экспертная система определения чувствительности к антибиотикам должна быть основана на системе интерпретации результатов в соответствии с рекомендациями EUCAST/CLSI и возможностью их обновления.

Экспертная система должна позволять прогнозировать активность антимикробных препаратов и проводить терапевтическую коррекцию результата на основании полученных данных;

2.8. Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе;

2.9. Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов;

2.10. Интерфейс на русском языке;

2.11. Прибор должен быть укомплектован всем необходимым для ввода в эксплуатацию;

2.12. Копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.

3. Требования срока годности, условия поставки.

3.1. При поставке оборудование должно обеспечиваться технической документацией на русском языке.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение персонала, а также гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.

Приложение к лоту №1

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Автоматическая система для определения чувствительности к антибактериальным препаратам настольного исполнения	1 шт.
1.2.	Прибор для измерения оптической плотности суспензии (при отсутствии в комплекте)	
1.3.	Сканер штрих-кодов (допускается встроенный)	1 шт.
1.4.	Компьютер прибора с монитором, клавиатурой, мышью (допускается встроенный)	
1.5.	Принтер лазерный (допускается встроенный)	1 шт.
1.6.	Источник бесперебойного питания	1 шт.
1.7.	Стартовый набор реагентов: карты для определения чувствительности к антимикробным препаратам:	
1.7.1	- Грам - бактерий	400 шт.
1.7.2	- Грам + бактерий	400 шт.
1.7.3	- Дрожжеподобных грибов	200 шт.
1.8.	Дополнительные расходные материалы и реагенты, необходимые для проведения исследований и не включенные в набор (при необходимости по инструкции производителя)	В количестве достаточном для проведения 1000 исследований