

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Хирургический лазер в комплекте 1 Комплект

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Лазерный аппарат тулиевый волоконный	1 шт.
1.2	Скальватель для волоконного инструмента	1 шт.
1.3	Стриппер для зачистки волоконного инструмента	1 шт.
1.4	Педаля ножная (двойная)	1 шт.
1.5	Очки защитные	2 шт.
1.6	Инструмент волоконный с торцевым выходом, диаметр 190-220 мкм	5 шт.
1.7	Инструмент волоконный с торцевым выходом, диаметром 350-400 мкм	20 шт.
1.8	Инструмент волоконный с торцевым выходом, диаметр 500-600 мкм	15 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ п/п	Наименование / Технические требования
2.1	Лазерный аппарат тулиевый волоконный:
2.1.1	Предназначен для дробления камней любой плотности и локализации, удаления опухолей, рассечения стриктур и коагуляции;
2.1.2	Класс лазера – IV;
2.1.3	Источник лазерного излучения: Тулиевый волоконный;*
2.1.4	Длина волны лазерного канала, нм - 1940 ± 15 ; *
2.1.5	Выходная мощность лазерного канала, Вт, не менее - 40;
2.1.6	Энергия в импульсе лазерного канала, Дж - от 0,025 до 6;
2.1.7	Режимы работы – непрерывный и импульсный;
2.1.8	Частота следования импульсов, Гц - от 1 до 1600;
2.1.9	Длина волны пилотного лазера, нм – 532;
2.1.10	Мощность пилотного лазера, мВт, не менее – 5;
2.1.11	Воздушная система охлаждения;
2.1.12	Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более – 1000;
2.1.13	Размеры, мм (ВхШхД) – не более 286 х 460 х 545;
2.1.14	Вес, кг – не более 40;
2.1.15	Стандартный оптический разъём SMA-905;
2.1.16	Диаметр волокна, мкм - от 200 до 1000;
2.1.17	Сенсорный монитор;
2.1.18	Программное обеспечение на русском языке;
2.1.19	Предустановленные программы для различных режимов работы: фрагментация, распыление, попкорнинг;*
2.1.20	Возможность производить автоматическую проверку торца волокна в разъеме волоконного инструмента при подключении*

Примечание: Позиции, отмеченные в техническом задании символом «», имеют принципиальное значение. Не рассматривать предложения, которые не соответствуют пунктам заявки на закупку отмеченные «*».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.