

Лот 1. Фартук защитный хирургический**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Коли- чество
1.1.	Фартук защитный хирургический	Малый (S)	штук	2
1.2.	Фартук защитный хирургический	Средний (M)	штук	10
1.3.	Фартук защитный хирургический	Большой (L)	штук	8
1.4.	Фартук защитный хирургический	XL	штук	14
1.5.	Фартук защитный хирургический	XXL	штук	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук хирургический должен быть предназначен для защиты персонала от ионизирующего излучения при выполнении рентгенохирургических вмешательств.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.5. В фартуке защитном хирургическом должны использоваться лямки накрест с фиксацией на липучках спереди.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 2. Фартук защитный односторонний**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный односторонний	Малый (S)	штук	3
1.2.	Фартук защитный односторонний	Средний (M)	штук	2
1.3.	Фартук защитный односторонний	Большой (L)	штук	12
1.4.	Фартук защитный односторонний	XL	штук	3
1.5.	Фартук защитный односторонний	XXL	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук односторонний должен быть предназначен для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований и рентгенохирургических вмешательств.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 3. Воротник защитный большой**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Воротник защитный большой	штук	93

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Воротник должен защищать области щитовидной железы от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.5. В воротнике должны использоваться застёжки – липучки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 4. Юбка защитная круговая**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Юбка защитная круговая	L	штук	13
1.2.	Юбка защитная круговая	XL	штук	5
1.3.	Юбка защитная круговая	XXL	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначена для защиты со всех сторон органов таза, включая области гонад и костей таза от рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований и операций под рентгеновским контролем.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента спереди не менее Pb-0,5мм, сзади не менее Pb-0,35мм.

2.3. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. Должны использоваться застёжки – липучки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 5. Фартук-передник**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук-передник	штук	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначен для защиты половых органов со стороны пучка рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований и операций под рентгеновским контролем.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. Длина не менее 38см, ширина не менее 40см; для фиксации защиты должен использоваться обруч.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 6. Пластина рентгенозащитная**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Пластина рентгенозащитная	100х60см	штук	13
1.2.	Пластина рентгенозащитная	50х30см	штук	35

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Пластины рентгенозащитные предназначены для защиты отдельных органов (преимущественно половой сферы) пациента или формирования поля облучения пациента от рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1мм.

2.3. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. Пластины должны быть прямоугольной формы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 7. Очки рентгенозащитные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Очки рентгенозащитные	штук	75

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначены для защиты хрусталика глаза человека при выполнении рентгеноскопии.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,75мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 8 . Жилет рентгенозащитный**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Жилет рентгенозащитный	L	штук	10
1.2.	Жилет рентгенозащитный	XL	штук	5
1.3.	Жилет рентгенозащитный	XXL	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Жилет рентгенозащитный должен быть предназначен для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента спереди не менее Pb-0,5, сзади не менее Pb-0.35мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. В защитном жилете должны использоваться застежки – липучки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 9 .. Фартук защитный двусторонний**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный двусторонний	Большой (L)	штук	1
1.2.	Фартук защитный двусторонний	XL	штук	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук двусторонний должен быть предназначен для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований и рентгенохирургических вмешательств.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента спереди не менее Pb-0,5мм, сзади не менее Pb-0,35мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и барьерной взвеси.

2.5. В фартуке должны использоваться застёжки – липучки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.