

Лот 1

Приложение 1

Технические характеристики (состав медицинских изделий, технические требования)

№ п/п	Наименование	Ед-ца измерения	Количество	Технические требования
1	Тест-системы для экспресс-тестирования на ВИЧ по крови	иссл.	2 300шт.	1. <u>Состав тест-системы:</u> тест-полоска, пипетка, реагент. 2. <u>Технические характеристики:</u> 1. Принцип определения антител – иммунохроматографический анализ. 2. Наличие внутреннего контроля – цветная линия в контрольной области. 3. Относительная чувствительность – не менее 98,0%. 4. Относительная специфичность – не менее 98,0%. 3. <u>Требования, предъявляемые к сроку годности:</u> 1. Срок годности должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.

3

Лот 2

Приложение 1

Технические характеристики (состав медицинских изделий, технические требования)

№ п/п	Наименование	Ед-ца измерения	Количество	Технические требования
1	Тест-системы для экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне	иссл.	870 шт.	1. <u>Состав тест-системы:</u> тест-полоска (в пластиковой кассете, на основе аналитического элемента для определения ВИЧ) в индивидуальной упаковке, пастеровская пипетка полимерная, одноразовая, раствор для приготовления образцов во флаконе-капельнице (буфер 1 мл) – 1 шт., тампон стерильный для сбора образца – 1 шт., инструкция по применению. 2. <u>Технические характеристики:</u> 1. Тест-системы предназначены для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2) в слюне человека в определенных пределах обнаружения. 2. Принцип определения антител – иммунохроматографический анализ. 3. Наличие внутреннего контроля – цветная линия в контрольной области. 4. Относительная чувствительность 99,1%, относительная специфичность – 100,0%. 3. <u>Требования, предъявляемые к сроку годности:</u> 1. Срок годности должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем.