

Источник государственной закупки	финансирования Районный бюджет
-------------------------------------	-----------------------------------

3. Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке.

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором

Начальник МТС Маркова О. Д. 505-27-88

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) Каврегина В. С. 515-71-37

Приложение 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1.	Закрытая аспирационная система	50

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.1.	Аспирационный катетер	Атравматичный, гибкий катетер с закругленным наконечником и боковыми отверстиями	
2.2	Длина аспирационного катетера	Не менее 580 мм	
2.3	Размер	16F	
2.4	Коннектор вакуума	Наличие	
2.5	Разъединительный клин	Наличие	
2.6	Кнопка активации вакуум-системы	Наличие	
2.7	Защитный кожух	Наличие	
2.8	Ирригационный порт	Наличие	
2.9	Коннектор трубки	Наличие	
2.10	Сдвижной клапан	Наличие	
2.11	Частота замены аспирационного катетера	Не менее 72 ч	