

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование организации: УЗ «21-е УРП Заблудского р-на г. Минска»

Адрес организации: 220026 г. Минск, ул. Ратомова, 13
(полное наименование организации)
(индекс, область, город, улица)

Дефектация прибора (изделия): Ультразвуковой МРВ-223Е
№ SN 10223E 163208 20052
(наименование оборудования)

Внешний осмотр оборудования: удов.

Проверка технических параметров: неисправен сетевой кабель
и входной фильтр ИЭС ступенчатой и держателем
предохранителя

Заключение: Требуется ремонт и замена 3/2
ориентировочная стоимость ремонта и 3/2 650,00 руб.

Представитель Исполнителя:
УП «Оптика Сервис Плюс»
Сергей В.А.
24.08.2024

Представитель Заказчика:
Зав. Н.А.А. Кривошеин И.В.
24.08
«__» 2026г